

DİGİTAL ÇUBUK ATEŞ ÖLÇER TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- UZUN ÖMÜRLÜ OLMASI
- 2 - DEĞİŞTİRİLEBİLİR PİL(KALEM PİL) DESTEĞİ OLMASI GEREKMEKTEDİR
- 3 - ATEŞ ÖLÇER İŞLEM TAMAMLANDIĞINDA OTOMATİK OLARAK KENDİSİNİ KAPATMALIDIR
- 4 - CİHAZIN KALİTELİ MALZEMEDEN İMAL EDİLEN UÇ BÖLÜMÜ ESNEK BİR ÖZELLİK TAŞIMALIDIR
- 5 - ÜÇ FARKLI BÖLGEDEN ATEŞ ÖLÇMEYİ SAĞLAYAN CİHAZIN SÜRELERİ AĞIZDAN 25 SANİYE , KOLTUKALTI 60 SANİYE REKTAL BÖLGESİ 10 SANİYE OLMALI VE KISA SÜREDE SONUÇ VERMELİDİR.
- 6 - İŞLEVSEL TASARIMI ÇOCUĞUN ATEŞİNİN PRATİK ŞEKİLDE KONTROL EDİLMESİ İÇİN İNCE VE ÇUBUK FORMUNDA ÜRETİLMELİDİR.
- 7 - HAFIZA ÖZELLİĞİNE SAHİP OLMALI GERİYE DÖNÜK KONTROL İMKANI SUNMALIDIR.
- 8 - ÇUBUK FORMUNDA Kİ CİHAZ UYGUN BÖLGELERDEN PRATİK BİR ŞEKİLDE ÖLÇÜM YAPMAYI SAĞLAMALIDIR.
- 9 - AÇMA KAPAMA DÜĞMESİ DERECE ÜZERİNDEN KONTROL EDİLMELİDİR.
- 10 - FARKLI ALANLARDA KULLANILAN DERECE SUYA VE NEME KARŞI DAYANIKLI OLMALIDIR.

Prof. Dr. Özge YILMAZ
Celal Bayar Üniversitesi Hast.
Dip. No: 01-392-082
Dip.Tes. No: 104851
Çocuk Allerji Uzmanı Tes. No: 88990