

SÜRGÜ KILIFI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Çevre dostu düşük yoğunlukta polyethylen malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
2. Kılıf, sürgü kullanımında hijyen sağlamak amacıyla dizayn edilmiş olmalıdır.
3. Her poşette, rulo halinde 20 adet sürgü kılıfı bulunmalıdır.
4. Sürgü kılıfı istenildiğinde rulodan kolayca ayrılabilmelidir.
5. Kılıfın içinde 1 lt. su ve 350-450 ml'e ye kadar idrarı emme kapasitesi olan powder of copolymers based on sodium acrylate içerikli petbulunmalıdır.
6. Kılıfın üzerinde bulunan bağcıklar su geçirmez özellikte olmalıdır.
7. Kılıf sürgüye kolayca monte edilebilir, 45 x 65 cm(+3cm) özellikte olmalıdır.
8. Ürün üzerinde marka, imalatçı firma ve kullanımını gösteren resimli bilgiler bulmalıdır.
9. Teklif veren firma denenmek üzere orijinal 5 (beş) adet numuneyi hastane tıbbi sarf deposuna teslim etmelidir.
10. Verilen numune örnekleri ile teslim edilen ürün aynı olmalıdır.
11. Numunelerden 2 tanesi şahit numune olarak saklanacaktır.
12. Ürünün UBB ve UTS kaydı olmalıdır.

Şahar ERDEMLİKANLI
Sağlık Müd. Müdürü

SUDA ERİYEĞİLEN ENFEKTE ÇAMAŞIR TORBASI

1. Çamaşır torbaları hastane çalışanlarına ve çamaşırhane personeline kontamine olmuş
2. çamaşırardan hastalık bulaşma riskini ortadan kaldırmalıdır.
3. Çamaşırın, çamaşırhaneye naklinden doğacak bulaşmayı önlemelidir.
4. Torbalar içine konulanlar, kolayca görülebilir ve kontrol edilebilir olmalıdır.
5. Torbanın ağzının bağlanabilmesi için ,her bir torbanın ağzında suda eriyebilen şeffaf beyaz bir bağ bulunmalıdır.
6. Torbalar kötü kokulara ve gazlara karşı mükemmel bir bariyer sağlamalıdır, sızdırma
7. yapmamalıdır.
8. Torbalar 45 derece ve üzeri suda tamamen erimeli ve geriye atık- tortu bırakmamalıdır.
9. Torbaların yapılmış olduğu malzeme mikrop, virüs ve bakterileri geçirmemelidir.
10. 70*100 (± 2) cm ölçülerde şeffaf kendinden kapatmalı bantlı olmalıdır.
11. 25 adetlik paketler içinde kendi koruyucu ambalaj torbası içinde bulunmamalıdır.
12. Torbalar PVA'dan üretilmiş olmalıdır.
13. Teklif veren firma denemek üzere orijinal 5 (beş) adet numuneyi hastane tıbbi sarf deposuna teslim etmeli, sonrasında onay almalıdır.
14. Verilen numune örnekleri ile teslim edilen ürün aynı olmalıdır.
15. Numunelerden şahit numune olarak saklanacaktır.
16. Ürünün UBB ve UTS kaydı olmalıdır.

Sadık KAPLAN
Kalite ve Destek Hiz. MÜd.

STERİL ELDİVEN ŞARTNAMESİ (PUDRALI)

1. Eldivenler doğal kauçuk veya lateksten imal edilmiş olmalıdır.
2. Cerrahi amaçla kullanmaya elverişli anatomik el yapısına uygun olmalıdır.
3. Eldivenin ölçüsü malzeme adında belirtilen boyda olmalıdır.
4. Sıvı geçirgenliği olmamalıdır.
5. Eldivenlerin numaraları 6 ile 9,5 aralığında olmalıdır.
6. Elektrik akımını geçirmeyen eli, vücutta yanıklara sebep olmayacak kalitede/özelliğe olmalıdır.
7. Eldivenin bilek kısmı uzun konçlu olmalı, konç bileği kavramalı, çok sıkı ve çok gevşek olmamalıdır. Koncun kenarı yırtılma ve gevşemeyi önleyecek tutucu özelliği olan kıvrımlı yapıda imal edilmiş olmalıdır. Eldiven koncu, ameliyat sırasında kullanılırken boks gömleğinin manşetini kavramalı, bırakmamalıdır.
8. Steril giymeyi sağlaması için eldiven konçları bilek kısmından dışa kıvrık olmalı fakat giymeyi zorlaştırmaması için bu kıvrıklık çok fazla olmamalıdır (parmakları içine almamalı).
9. Eldiven giydirilirken kontaminasyonu önlemek için koncu kolay açılmalı, esneme özelliği olmalıdır. Açarken yırtılmamalıdır.
10. Eldivenlerin iç yüzü kolay giymeyi sağlayacak alerjik olmayan pudra ile kaplanmış olmalıdır. Paket açıldığında eldivenler yapışık olmamalı, kolay giyilebilmelidir. Eldiven içinde, parmak ucunda topaklanmış pudra artıkları olmamalıdır.
11. Yüzey pudrası ile ilgili olarak iç ve dış ambalajda uyarı yazısı bulunmalıdır.
12. Eldivenler müdahale için cilde dokunulduğunda cilt hissedilebilmelidir. (Dokunma hissi hassasiyeti olmalı)
13. Paket içindeki eldivenler birbirinden farklı dokuda olmamalıdır. Eldiven dokusu ince-kalın dalgalı, pütürlü veya delik olmamalıdır. Parmak uçlarında doku eldiven dokusundan daha kalın olmamalıdır.
14. Eldiven numarası ile uyumlu olmalı, giyildiğinde ele tam oturmalıdır. Parmak uçlarında boşluk kalmamalı, potluk olmamalıdır. Eldiven parmak diplerine tam

- oturmalıdır. Başparmak açıldığında eldivenin avuç içinde çekme, potluk oluşmamalıdır.
- 15.Eldivenler ışınlama yöntemi ile sterilize edilmiş olmalı, sterilizasyon yöntemi paket üzerinde açıkça belirtilmeli veya sembol ile gösterilmiş olmalıdır
- 16.Steril poşetler içinde sağ ve sol el için bir çift olmalıdır. Her pakette sağ ve sol olmak üzere bir çift eldiven bulunmalı, iç ambalajda eldiven numarası ve sağ-sol eldiveni belirten yazılar olmalıdır. Eldivenler pakete (sağ-sol) ters konmamalıdır.
- 17.Ambalajlar yırtık, deforme olmamalı, ambalajlar steril tekniğe uygun bir şekilde yırtılmadan kolay açılabilir olmalıdır.
- 18.Paketin açılma yönünü gösteren işaretler olmalıdır. Dış paket, iç paketin sterilitesi bozulmadan kolayca açılabilmeli, iç ve dış paketler birbirine yapışık olmamalıdır.
- 19.Steril ve Sterilizasyonu bozmadan açılacak şekilde ayrı paketlenmiş, numarası ve son kullanma tarihi olmalıdır.
- 20.En az 25, en fazla 100 çift içeren ambalajlarda bulunmalıdır.
- 21.Teklif veren firma denemek üzere orijinal 5 (beş) adet numuneyi hastane tıbbi sarf deposuna teslim etmelidir. Bu ürünler cerrahi ekipler tarafından denedikten sonra uygunluk verecektir.
- 22.İki (2) adet şahit numune olarak değerlendirilecektir.
- 23.İhaleyi kazanan firmanın teslim edeceği ürünler verilen numuneler ile aynı lot ve UTS numarasına sahip olmalıdır.


Belgin ÖZTEKİN
Sağlık Hiz. Müd. Yrd.