

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

HAFSA SULTAN HASTANESİ

MERKEZİ LABORATUVARI TIBBİ BİYOKİMYA BİRİMİ

PROTEİN VE İMMUN FIKSASYON ELEKTROFOREZİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

	SUT Kodu	Malzeme Adı	Talep Edilen Test Miktarı
1	L 106360	Protein elektroforezi	1040
2	L 103720	İmmun elektroforez	280

1. Teklif edilecek elektroforez kitleri, içindeki test sayısına yetecek kadar her türlü sarf malzemesini (tatbik plakları, boya, tampon v.b.) içermelidir.
2. Elektroforez sisteminde kullanılacak tatbik plakları, agaroz jel plak olmalıdır.
3. Kitlerin içindeki tampon ve boya maddelerinin hazırlandıktan sonraki dayanma süreleri uzun olmalıdır. Kit kısa sürede bozulabilecek madde içeriyorsa, söz konusu maddenin miktarı kit bitimine yetecek kadar fazla olmalıdır.
4. Teklif edilecek bütün kitler (kalibratör ve kontrol serumları dahil) teslim tarihinden itibaren en az 6 ay miadlı olmalıdır. Kitler gerekirse miyadı dolmadan 3 ay önce firmaya iade edilerek yeni miyadlılarla değiştirilebilmelidir.
5. Kitlerle beraber protein elektroforezi için gerekli olan kontrol serumu ücretsiz olarak kitlerle beraber teslim edilmeli ve kitler bitene kadar ücretsiz sağlanmalıdır.
6. Laboratuvar sorumlusu maddi kaybı en aza indirmek için test sayısı az olan (küçük ambalajlı) kitleri tercih edebilmelidir. Ambalaj şekilleri ihale dosyasında belirtilmiş olmalıdır.
7. İhaleyi kazanan firma kitler bitinceye kadar her türlü bakım ve teknik desteği ücretsiz vermek ile yükümlüdür.
8. Elektroforez sonuçlarının basımında kullanılmak üzere gereken ilgili her tür sarf malzemesi (5 top 500'lük A4 kağıt ) ve 1000 adet ependorf tüp firma tarafından ücretsiz temin edilmelidir.
9. Elektroforez sisteminin eğitim ve deneme çalışmalarında kullanılacak kitler, ilgili firma tarafından ücretsiz karşılanmalıdır.
10. Teklif veren firmalar şartname maddelerinin tamamına ayrı ayrı ve şartnamedeki sıraya göre cevap verecektir. Bu cevaplar alımı yapılan kitler "..... marka ve bu kitlerin çalışmasının yapılabilmesi için firma tarafından bedelsiz olarak kurulacak
  - a. .... marka ..... model cihaza ait teklifimizin şartnameye uygunluk belgesi "başlığı altında teklif veren firmanın antetli kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından

Prof. Dr. Fatma TANELİ  
Celal Bayar Univ. Tıp Fak.  
Tıbbi Biyokimya A.D.  
Dip. Teş. No: 60433

1


Prof. Dr. Ece ONUR  
C.B.Ü. Tıp Fakültesi  
Tıbbi Biyokimya A.D.  
Dip. Teş. No: 60529-49177

Doç. Dr. Mehmet Gürsoy DEMİNGİ  
Tıbbi Biyokimya A.D. Öğr. Üyesi  
Merkezi Laboratuvar Koordinatörü


mühürlenip imzalanmış olacaktır. Bu cevaplar orijinal dökümanları ile karşılaştırıldığında herhangi bir farklılık bulunursa, firma ihale dışı kalacaktır.

11. Şartnameye uygunluk belgesi hazırlamayan ve şartnamede istenilen teknik özellikleri sağlamayan firmanın teklifi red edilecektir.

Prof. Dr. Fatma TANELİ  
Celal Bayar Univ. Tıp Fak.  
Tıbbi Biyokimya A.D.  
Dip. Tez. No: 80433



Prof. Dr. Ece ONUR  
Prof. Dr. Ece ONUR  
CSBÜ Tıp Fakültesi  
Tıbbi Biyokimya A.D.  
Tıp Tez. No: 89249177  
Dip. Tez. No: 82949177



Doç. Dr. Yeşim Güvenc DEMİRCİ  
Tıbbi Biyokimya A.D. ÇS. Üniv.  
Mehmet Akif Ersoy

