

YETİŞKİN VE PEDIATRİK KRANIOTOM BIÇAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.Hastanemiz ameliyathanesinde kullanılan Aygün marka SCOREN model yüksek devirli cerrahi motor sistemi M16-330 kraniotom ataçmanında kullanıma uygun olmalıdır.
- 2.Kraniotom bıçakları yetişkin ve pediatik hastalarda kullanıma uygun olmalıdır.
- 3.Elceğe rahat takılabilmeli, guide içinde problemsiz kesim yapabilmelidir.
- 4.Paslanmaz çelik materyalden imal edilmiş olmalıdır.
- 5.Çok kullanımlık olmalı ve non-steril şekilde teslim edilmelidir.
6. UBB/ÜTS kaydı olmalıdır.

7.	<u>Aygün Ref. Kod</u>	<u>ADET</u>
	M14-344 (YETİŞKİN)	15 ADET
	M14-343 (PEDIATRİK)	5 ADET

C.B.U. Hastanesi
Prof. Dr. Güneş TEMİZ
Beyin ve Sinir Cerrahisi A.D.
Diy. No: 6107
Diy. T.C. No: 41007-01370