

## 17. TEKNİK ŞARTNAMESLER

Malzeme Adı	Teknik Özellikleri
D-galaktoz	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ürün Cas No: 59-23-4, Moleküler formül: C<sub>6</sub>H<sub>12</sub>O<sub>6</sub> olmalıdır.</li><li>• Purity en az %98 olmalı, biyokimyasalda kullanıma uygun olmalıdır.</li><li>• Orijinal ambalajında 100 g bulunmalıdır.</li><li>• Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.</li><li>• Çalışmada kullanılacak özellik 4987.1 olmalıdır.</li><li>• Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.</li><li>• Numune ve data sheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir.</li><li>• Data sheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.</li><li>• Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.</li></ul>
AlCl <sub>3</sub>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ürün Yoğunluğu: 2.4, Moleküler formül: AlCl<sub>3</sub>.6H<sub>2</sub>O olmalıdır.</li><li>• Purity en az %98 olmalı, deneylerde kullanıma uygun olmalıdır.</li><li>• Orijinal ambalajında 100 g bulunmalıdır.</li><li>• Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.</li><li>• Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.</li><li>• Numune ve data sheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir.</li><li>• Data sheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.</li><li>• Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.</li></ul>

Anti- amiloid B Antibody	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Human,Rat,Mouse,Rabbit dokusunda çalışmalıdır.</li> <li>• Monoclonal + polyclonal miks antibody olmalıdır.</li> <li>• WB, IP, IHC, IF, FC boyama yöntemlerinde kullanıma uygun olmalıdır.</li> <li>• Orijinal ambalajında etiketli olarak bulunmalıdır. Etiket üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.</li> <li>• Orijinal ambalajında 200µl verilmelidir.</li> <li>• Çalışmada kullanılacak özellik NB300-246 olmalıdır. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.</li> <li>• Numune ve data sheet ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonucunda karar verilecektir. Numune ve data sheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.</li> </ul> </li> </ul> <p>Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.</p>
Anti-sema 3A Antibody	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mouse,Rabbit,Rat,Human, dokusunda çalışmalıdır.</li> <li>• Monoclonal + polyclonal miks antibody olmalıdır.</li> <li>• IHC, IF,ICC,WB,FC çalışmalarına uygun olmalıdır.</li> <li>• Orijinal ambalajında 200 ul bulunmalıdır.</li> <li>• Etiket üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.</li> <li>• Çalışmada kullanılacak özellik STJ95597 olmalıdır.</li> <li>• 2-8 C' de saklanmalıdır.</li> <li>• Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.</li> <li>• Numune ve data sheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir.</li> <li>• Data sheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.</li> </ul> </li> </ul>
Anti-sema 4C Antibody	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mouse,Rabbit,Rat,Human, dokusunda çalışmalıdır.</li> <li>• Monoclonal + polyclonal miks antibody olmalıdır.</li> <li>• IHC,IF,ICC,WB,FC çalışmalarına uygun olmalıdır.</li> <li>• Orijinal ambalajında 300 ul bulunmalıdır.</li> <li>• Etiket üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.</li> <li>• Çalışmada kullanılacak özellik 28402-1- AP olmalıdır.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2-8 C°de saklanmalıdır.</li><li>• Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.</li><li>• Numune ve data sheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir.</li><li>• Data sheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.<ul style="list-style-type: none"><li>• Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.</li></ul></li></ul>
Anti-sema 5A Antibody	<ul style="list-style-type: none"><li>• Human,Rat,Mouse,Rabbit dokusunda çalışmalıdır.</li><li>• Monoclonal + polyclonal miks antibody olmalıdır.</li><li>• WB, IP, IHC, IF, FC boyama yöntemlerinde kullanıma uygun olmalıdır.</li><li>• Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.</li><li>• Orijinal ambalajında 300µl verilmelidir.<ul style="list-style-type: none"><li>• Çalışmada kullanılacak özellik 16396-1-AP olmalıdır.</li><li>• 2-8 C°de saklanmalıdır.</li><li>• Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.</li></ul></li><li>• Numune ve data sheet ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonucunda karar verilecektir. Numune ve data sheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.<ul style="list-style-type: none"><li>• Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.</li></ul></li></ul>
Anti-sema 7A Antibody	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mouse,Rabbit,Rat,Human, dokusunda çalışmalıdır.</li><li>• Monoclonal + polyclonal miks antibody olmalıdır.</li><li>• IHC,IF,ICC,WB,FC çalışmalarına uygun olmalıdır.</li><li>• Orijinal ambalajında 200 ul bulunmalıdır.</li><li>• Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.</li><li>• Çalışmada kullanılacak özellik STJ98740 olmalıdır.</li><li>• 2-8 C°de saklanmalıdır.</li><li>• Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.</li><li>• Numune ve data sheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir.</li><li>• Data sheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.<ul style="list-style-type: none"><li>• Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.</li></ul></li></ul>

<p>Anti-Neuropilin 1/NRP1 Antibody</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mouse,Rabbit,Rat,Human, dokusunda çalışmalıdır.</li> <li>• Monoclonal + polyclonal miks antibody olmalıdır.</li> <li>• IHC,IF,ICC,WB,FC çalışmalarına uygun olmalıdır.</li> <li>• Orijinal ambalajında 300 ug bulunmalıdır.</li> <li>• Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.</li> <li>• Çalışmada kullanılacak özellik PB9300 olmalıdır.</li> <li>• 2-8 C’de saklanmalıdır.</li> <li>• Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.</li> <li>• Numune ve data sheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir.</li> <li>• Data sheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.</li> <li>• Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.</li> </ul>
<p>Anti-Neuropilin 2/NRP2 Antibody</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mouse,Rabbit,Rat,Human, dokusunda çalışmalıdır.</li> <li>• Monoclonal + polyclonal miks antibody olmalıdır.</li> <li>• IHC,IF,ICC,WB,FC çalışmalarına uygun olmalıdır.</li> <li>• Orijinal ambalajında 300 ug bulunmalıdır.</li> <li>• Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.</li> <li>• Çalışmada kullanılacak özellik A02820 olmalıdır.</li> <li>• 2-8 C’de saklanmalıdır.</li> <li>• Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.</li> <li>• Numune ve data sheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir.</li> <li>• Data sheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.</li> <li>• Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.</li> </ul>
<p>Anti- AChE Antibody</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mouse,Rabbit,Rat,Human, dokusunda çalışmalıdır.</li> <li>• Monoclonal + polyclonal miks antibody olmalıdır.</li> <li>• IHC,IF,ICC,WB,FC çalışmalarına uygun olmalıdır.</li> <li>• Orijinal ambalajında 200 ul bulunmalıdır.</li> <li>• Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.</li> <li>• Çalışmada kullanılacak özellik STJ91443 olmalıdır.</li> <li>• 2-8 C’de saklanmalıdır.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.</li><li>• Numune ve data sheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir.</li><li>• Data sheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.</li></ul> <p>Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir</p>
Tau protein (phospho-Thr231) antibody	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mouse,Rabbit,Rat,Human, dokusunda çalışmalıdır.</li><li>• Monoclonal + polyclonal miks antibody olmalıdır.</li><li>• IHC,IF,ICC,WB,FC çalışmalarına uygun olmalıdır.</li><li>• Orijinal ambalajında 200 ug bulunmalıdır.</li><li>• Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.</li><li>• Çalışmada kullanılacak özellik orb502291 olmalıdır.</li><li>• 2-8 C'de saklanmalıdır.</li><li>• Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.</li><li>• Numune ve data sheetler ihale öncesi verilecek, inceleme sonucunda karar verilecektir.</li><li>• Data sheet ve numune teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.</li><li>• Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.</li></ul>
DAB Chromogen & Substrate System	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rat,Mouse,Human dokusunda ve hücre kültüründe kullanımına uygun olmalıdır.</li><li>• Monoclonal + polyclonal mix antikorlarla uyumlu çalışabilmedir.</li><li>• WB, IP, IHC, IF, FC boyama yöntemlerinde kullanıma uygun olmalıdır.</li><li>• Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.</li><li>• Orijinal ambalajında en az 125ml kullanıma hazır formda verilmelidir.</li><li>• Çalışmada kullanılacak özellik TA-125-HD olmalıdır.</li><li>• Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.</li><li>• Numune ve data sheet ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonucunda karar verilecektir.</li></ul> <p>Numune ve data sheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.</li></ul>

<p>UltraVision Polyvalent (Rabbit-Mouse) HRP Kit</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Micro polymer teknoloji ile üretilmiş olmalıdır, datasheette micro polymer ifadesi bulunmalıdır.</li><li>• Rat,Mouse,Human dokusunda ve hücre kültüründe kullanımına uygun olmalıdır</li><li>• Monoclonal + polyclonal mix antikorlarla uyumlu çalışabilmedir.</li><li>• WB, IP, IHC, IF, FC boyama yöntemlerinde kullanıma uygun olmalıdır.</li><li>• Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.</li><li>• Orijinal ambalajında en az 125ml kullanıma hazır formda verilmelidir.</li><li>• Çalışmada kullanılacak özellik TP-125-HL olmalıdır.</li><li>• Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.</li><li>• Numune ve data sheet ihale öncesi verilecektir. İnceleme sonucunda karar verilecektir.</li></ul> <p>Numune ve data sheet teslim etmeyen firmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.</li></ul>
<p>Steril Enjektör</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ürün 2 cc hacminde, yeşil uçlu ve contalı olmalıdır.</li><li>• Tek kullanımlık ve nontoksik tıbbi PVC'den yapılmış olmalıdır.</li><li>• Orijinal ambalajında bir pakette 100 adet bulunmalıdır.</li><li>• Pistonu kolay hareket edebilir olmalı, sıvı verirken veya çekerken aşırı güç gerektirmemeli ve pistonun geri hareketiyle enjektör çizilmemelidir.</li><li>• Negatif basınç uygulandığında hava kaçağı yapmamalıdır.</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Enjektöre sıvı çekildiğinde, enjektörün pozisyonuna bağlı olarak, iğne ucundan dışarı sızdırma yapmamalıdır.</li><li>• Steril tekli paketlerde olmalı, ambalaj kenarları iyi preslenmiş olmalı ve sterilitiyi bozmayacak şekilde kolay açılabilir özellikte olmalıdır.</li><li>• Etiketin üzerinde üretici firma bilgileri, LOT no, son kullanma tarihi ve IVD işareti bulunmalıdır.</li><li>• Laboratuvara teslim tarihinden itibaren en az bir yıl kullanım süresi olmalıdır.</li><li>• Data sheetler ihale öncesi verilecektir. Data sheetler inceleme sonucunda karar verilecektir.</li><li>• Numune ve data sheet teslim etmeyen firmalar değerlendirilmeye alınmayacaktır.</li><li>• Teklifte malzemenin markası ve katalog numarası mutlaka belirtilmelidir.</li><li>.</li></ul>
--	---