

## DRENAJ ASPIRASYON SETİ STANDART UÇ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Set aspiratör ucu, PVC hortum ve konik konnektörün birleşmesinden meydana gelmelidir.
2. Aspiratörün ucu polycarbonate ve standart uçta olmalıdır.
3. Vakum ayarlama deliği olmamalıdır.
4. Aspiratör ucunun arkası  $\frac{1}{4}$  PVC konik konnektörle aspiratör hattına bağlı olmalıdır.
5. Aspiratör hattı 1/4x1/16 çaplarında 200 cm boyunda olmalıdır.
6. Aspiratör hattı PVC'den mamül olmalıdır.
7. Aspiratör hattının arka kısmı PVC'den yapılmış konik konnektör içermelidir.
8. Konik konnektörü kesmek sureti ile çapı  $\frac{1}{2}$ 'den  $\frac{1}{4}$ 'e kadar çıkış elde edilebilmelidir.
9. Tekli steril ambalajda olmalıdır.
10. Malzemenin üzerinde sterilizasyon yöntemi ve son kullanma tarihi belirtilmelidir.
11. Teslim edilecek malzemenin son kullanma tarihi malzemenin tesliminden itibaren en a. az  $3\pm 1$  yıl miadlı olmalıdır.
12. Teslim edilecek malzeme istem yapan kliniğe denettirilerek onay alınacaktır.
13. Teklif veren firma,teklif ettiği malzemelerin UBB ve UTS belgelerini teklif ekinde sunmalıdır.

OR 1370

Prof.Dr. Ömer TETİK  
Kalp Damar Cerrahisi ABD  
Başkanı