

**TEK KULLANIMLIK HASTA ISITMA BATTANİYESİ  
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Yetişkin battaniye boyutları ,en az 200 (ikiyüz)cm boyu ve en az 120 (yüzyirmi)cm eni olmalıdır.
2. İki katmandan oluşmalıdır.İç katman dokunmamış kumaştan iç katman polipropilen olmalı ve 54gr/m2(ellidört) emici özelliği bulunmalıdır.İç katman içerisinde battaniyelerde özel gözenekler olmalıdır o gözenekler vasıtasıyla hasta hipotermisi sağlanmalıdır.
3. Battaniye lateks malzeme içermemelidir.Battaniye oluşabilecek nekroz ve bası yaralarında tedavi amaçlı gümüş iyon içermelidir.Battaniyede sıvı birikmesini engellemek amaçlı sıvı drenaj delikleri bulunmalıdır.
4. Battaniye röntgen filmi (x-ray transparent) çekilmesine uygun yapıda olmalıdır.
5. Isıyı battaniye içerisine yayan özel tasarımı bulunmalıdır.
6. Battaniye üzerindeki cihazın hava bağlantı hortumunun çıkmaması ve diğer marka cihazlardaki kullanılabilmesi için özel universal bağlantı kemeri olmalıdır ..(ipli tip bağlama ) karton bağlama olmamalıdır.
7. Firma battaniyeler karşılığında 3(üç) adet cihazı kullanılmak üzere verecektir.
8. Cihazın üzerinde en az 4(dört) farklı ısı kademesi olmalıdır.Bunlar 32,38,43,45(otuziki,otuzsekiz,kırküç,kırkbeş) kademelerinden oluşmalıdır.Cihaz ani ısı ve özellik dışı bir durumda kendini kapatmalıdır.Bu durum serviste denenecektir.
9. Hasta ısıtma sistemi en yüksek ısı 45(kırkbeş)C kademesinden 15(onbeş) dk aralıkla bir alt sıcaklık kademesine otomatik olarak geçebilmelidir.
10. Hasta ısıtma sisteminde hızlı ısıtma modu bulunmalıdır.En yüksek ısı kademesinde çalışmaya başladıktan 45C(kırkbeş) dakika sonra bir alt ısı kademesine 43C (kırküç) dereceye otomatik olarak düşmelidir.
11. Teklif edilen battaniyeyle cihazı birebir uyumlu olmalıdır.
12. Battaniyelerin ubb kaydı bulunmalı,Sağlık Bakanlığı onaylı olmalıdır.
13. 2(iki) yıl garanti kapsamında cihaz bakımı ve filtre değişimi ücretsiz olarak yapılacaktır.
14. Arızalı cihaz enaz 48 saat içerisinde onarılmalı veya geçici olarak bir cihaz bırakılmalıdır.
15. Teklif veren firma, teklif ettiği malzemelerin UBB ve UTS belgelerini teklif ekinde sunmalıdır.

OR 2150

Prof.Dr. Ömer TETİK  
Kalp Damar Cerrahisi ABD Başkanı

