

## SET SERUM (I.V.) İĐNELİ TEKNİK ŐARTNAMESİ

- Non toksik tıbbi PVC'den üretilmiş olmalı
- Steril ve tekli paketlenmiş olmalı
- Hava girişli delme ucu bulunmalı ve delme ucu ISO standartlarına uygun olmalı
- Kapaklı bakteri filtresi olmalı
- Açma kapama klempı olmalı
- Damla ayarlayıcısı olmalı ve az miktardaki mayiyi istenen şekilde verebilmeli
- Damla ayarlayıcısı parmakla kolayca kavranabilen ve makaranın istenen yöne hareketini kolaylaştırabilecek büyüklükte olmalı
- Enjeksiyon portu olmalı
- Hortum uzunluğu en az 1,5 m olmalı ve king yapmamalı
- 20 damla=1ml olmalı
- Ucu luer veya ajutaj konnektörlü olmalı
- Haznesi yumuşak ve kolay dolabilir olmalı ve en az 12±2 cc hacminde olmalı
- Hazne tabanında sabit 15 mikronluk mayi filtresi olmalı
- Sterilizasyon ve son kullanım tarihi ambalaj üzerinde belirtilmiş olmalı, raf ömrü depo tesliminden itibaren en az 2 yıl olmalı
- Steriliteyi bozmadan açılabilir şekilde paketlenmiş olmalı
- ISO veya TSE kalite belgelerinden birine sahip olmalı ve CE'ye uygunluĐunu belgelendirmelidir