

COLLODİUM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Collodium 1 litrelik şişeler içinde ve net 750 gr ağırlığında olmalıdır.
2. Oda sıcaklığında yoğunluğu yaklaşık 0,75 gr/ml olmalıdır.
3. %4 kolodyum çözünürlüğüne sahip olmalıdır.
4. Azot içeriği %12,6'dan fazla olmamalıdır.

Prof. Dr. N. N. YILMAZ
CBÜH
Diy. Tes. No: 1/24

OKSİMETRE SABİTLEYİCİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Oksimetre flex sensörü sabitleyici Embla N7000 tipi uyku kayıt ünitesi oksimetre sensörüne uygun olmalıdır. En az 25'lik paketler halinde satılmalıdır. Üzerinde oksimetre probunun yerleştirilebileceği uygun delikleri olmalıdır. Hastaya doğru bağlanabilmesi için temsili parmak figürüne sahip olmalıdır. Kendinden yapışkanlı olmalıdır.

Prof. Dr. Mikmet YILMAZ
CBU İktisadi İhtisas Hastanesi
Nöroloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 97-26