

ECG-2250 UYUMLU EKG KAYIT KAĞIDI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- EKG kayıt kağıdı, hastanemizde mevcut Nihon Kohden Cardiofax S ECG-2250 model EKG cihazı ile tam uyumlu olmalıdır.
- 2- Kayıt kağıdı FQW110-2-140 referansına uygun veya bu referansla eşdeğer/uyumlu olmalıdır.
- 3- Kayıt kağıdı termal (ısıya duyarlı) özellikte olmalı ve cihazın termal yazıcı sistemi ile herhangi bir ilave aparat veya değişiklik gerektirmeden kullanılabilmelidir.
- 4- Kayıt kağıdının genişliği 110 mm, katlama/sayfa uzunluğu 140 mm olmalıdır.
- 5- Kayıt kağıdı Z-katlı (Z-fold/fanfold) yapıda olmalıdır.
- 6- Kayıt kağıdı, ECG-2250 cihazının kağıt haznesine uygun olmalı; cihaz içerisinde düzgün şekilde ilerlemelidir.
- 7- Kağıdın termal yüzeyi, EKG trasesi ile cihaz tarafından yazdırılan hasta ve ölçüm bilgilerinin net, kesintisiz ve kolay okunabilir şekilde kaydedilmesini sağlamalıdır.
- 8- Baskı sırasında kağıtta EKG trasesinin değerlendirilmesini engelleyecek kararma, lekelenme, silik baskı veya termal yüzey bozukluğu meydana gelmemelidir.
- 9- Kağıt, cihaz içerisinde kullanım sırasında sıkışma, kayma, yırtılma, birden fazla sayfanın ilerlemesi veya kağıt besleme problemi oluşturmamalıdır.
- 10- Kağıdın kesim ve katlama ölçüleri düzgün olmalı ve cihazın termal yazıcı kafasına veya kağıt ilerletme mekanizmasına zarar vermemelidir.
- 11- Teklif edilen ürünün ambalajı üzerinde ürünün ölçüsü ve ürünü tanımlayıcı bilgiler bulunmalıdır.
- 12- Teklif edilen ürünün Nihon Kohden Cardiofax S ECG-2250 cihazıyla uyumluluğu ürün kataloğu, teknik doküman, üretici/tedarikçi beyanı veya numune ile doğrulanabilmelidir.
- 13- İdarenin talep etmesi halinde istekliler teklif ettikleri üründen numune sunmalıdır. Numune, hastanede bulunan ECG-2250 cihazında denenerek fiziksel ve fonksiyonel uyumluluğu değerlendirilebilmelidir.
- 14- Yapılan numune değerlendirmesinde cihazla uyumsuz olduğu, baskı kalitesinin yetersiz olduğu veya cihazda kağıt ilerleme/sıkışma problemi oluşturduğu tespit edilen ürünler kabul edilmeyecektir.
- 15- Ürünler kullanılmamış, temiz, fiziksel olarak hasarsız ve uygun ambalaj içerisinde teslim edilmelidir.

Doç. Dr. ERKİN SAĞLAM GÜRMEZ
CGÜ TIP FAKÜLTESİ
Acil Tıp AD.
Diplom No: 2675
Tic. Sic. No: 273318 / 110526