

**DEFİBRİLATOR CİHAZI İÇİN PACE ELEKTRODU  
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- 1- Nihon Kohden Marka TEC-5521/5531K model Defibrilatör cihazlarında kullanılacaktır ve Pace Adaptör Kablosu ile uyumlu olacaktır.
- 2- Teklif edilecek Elektrodlar yetişkin hastalarda kullanılacaktır.
- 3- Pace Elektrodu hasta vücuduna yapıştıktan sonra en az 24 saat kalabilmelidir.
- 4- Elektrodlar Pace Maker, Defibrilasyon, AED Defibrilasyon, EKG Monitorizasyonu ve senkronize kardiyoversiyon amaçlı olarak çok yönlü kullanılabilenlidir.
- 5- Elektrodlar bozulmasını önleyecek, ve jelin kurummasını sağlayacak özel steril korucu kapalı ambalaj içinde olacaktır.
- 6- Elektrodlar doğal kauçuk lateks madde içermeyecektir.
- 7- 5 adet pace elektrot için 1 adet ara bağlantı kablosu verilmelidir.

Ferya Karadağ YALÇIN  
Sağlık Hizmetleri Müdürü



MİSA CBSÜ TIP FAK. HAŞ  
Acil Tıp AD

Doç. Dr. Muhammed İsmail SASMA  
Dip. Tes. No : 14399

