

SFT BAKTERİ FİLTRESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-Filtre tek kullanımlık olmalıdır.

2-İstenilen filtre ,ekstra karton ağızlığa gerek kalmaksızın kendinden ağızlıklı olmalı,ayrıca ağızlık yetişkin ve çocukların anatomik ağız yapısına uygun biçimde olmalıdır.

3-İstenilen filtrede bakteriyal ve viral filtrasyon bir arada olmalıdır.Her iki filtrasyonda etkinlik %99.99 dan düşük olmamalı ve bu değer belgelendirelerek teklif ile birlikte sunulmalıdır.

4-Teklif edilen nihai ürüne ve ürün içerisindeki filtreleme pedine ait bakteri ve virüs filtrasyon raporları ,teklif ile birlikte ayrı ayrı sunulmalıdır.

5-Filtrenin hava akım direnci (resistansı),hem ekspirasyon,hem de inspirasyon sırasında %0,70'den fazla,filtrede ölü boşluk 75 ml 'den büyük olmamalıdır.Teklif edilen filtrenin istenilen değerlerde olduğunu gösteren ilgili teknik döküman ve laboratuvar test raporları teklif ike birlikte sunulmalıdır.

6-Filtre,solunum akımında basınç kaybı olmaması ve dış etkenlerden etkilenmemesi için stabil,açılmaz yapıda ve insan sağlığı açısından kimyasal yapıştırıcı kullanılmamış olmalıdır.

7-İstenilen filtrenin ağızlık kısmı ,ölçüm esnasında hastanın dudaklarının yapışmaması ve kaymaması için gerekli olan pürüzlü yapıya sahip olmalıdır.

8-Ağızlık çapı 33mm olmalıdır.(büyük cihaz için)

9-İstenilen ürünün Tıbbi Cihaz Mevzuatı gerğince olması gereken standart belgeleri,teklifle birlikte sunulmalı,ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından alınmış onay,teklif mektubuna eklenmelidir.

Prof. Dr. Özge YILMAZ
Celal Bayar Üniversitesi Hast.
Dip. No: 01-392-082
Dip.Tes. No: 104851
Çocuk Allerji Uzmanı Tes. No: 88990