

BIOPSİ SAKLAMA KABI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Plastikten yapılmış olmalıdır.
2. Vidalı kapak olmalıdır.
3. Kapağı kapatıldığında kolayca yerinden çıkmamalı ve sızdırmamalıdır.
4. Formaldehitte temasa dayanıklı olmalıdır.
5. 50cc, 100cc, 250cc, 500cc, 1000cc ve 2000cc hacimleri bulunmalıdır. Hacimler kesin olmayıp + %25 oranında değişebilir.
6. Her boy biopsi kabından 2'şer adet numune ameliyathane sorumlu hemşiresine teslim edilmelidir.

ASLI DUMAN
Sorumlu Hemşire