


## **10/0 NYLON MONOFİLAMENT SÜTÜR**

1. AU-1 tipinde, 3/8 daire, iğne kalınlığı 0.15 mm., 6.19 mm. uzunlığında 2 adet iğneye sahip; 30 cm.'lik siyah renkte monofilaman 10/0 naylon olmalı ve bu bilgiler ürünün üzerinde veya orijinal katalogunda yazılı olmalıdır.
2. Ürünler çift steril ambalajda olmalıdır.
3. Sütür sterilizasyonu koruması için aleminyum veya karton poşette olmalıdır ve karton poşetler jelatinle kaplanmış olmalıdır.
4. İç ambalaj özel laklı kağıt ve pvc'den bilister olarak dış ambalaj ise bir yüzü şeffaf diğer yüzü özel laklı kağıttan imal edilmiş olmalıdır.
5. İç amleminyum folyo /karton ambalaj işareteli açılma yerinden açıldığında iğnenin portegü ile tutulması için kapak açıldığında /yırtıldığında iğne görülebilmelidir.
6. Ürünün paketi üzerinde ubb kodu, iğne modeli, iğne daire ölçüsü, sütürün kaç cm olduğu yazılı olmalıdır. bu yazılar yapıştırma sticer olmamalıdır.
7. Teslim tarihinden itibaren en az 3 yıl miathlı olmalıdır.

Op.Dr.Mustafa ERDOĞAN  
M.C.BÜ.Tıp Fakültesi  
Göz Hastalıkları A.D.  
Dip.Tes.No:130161



## **5/0 POLYESTER SÜTÜR**

1. R-1 tipinde, 1/4 Daire, 0.35 mm. kalınlığında, 7.92 mm. uzunluğunda 2 Adet iğneye sahip olmalıdır.
2. 45 Cm.'lik beyaz örgülü 5/0 polyester sütür olmalıdır.
3. Ürünler çift steril ambalajda olmalıdır.
4. Sütür sterilizasyonu koruması için aluminyum veya karton poşette olmalıdır ve karton poşetler jelatinle kaplanmış olmalıdır.
5. İç ambalaj özel laklı kağıt ve pvc'den bilister olarak dış ambalaj ise bir yüzü şeffaf diğer yüzü özel laklı kağıttan imal edilmiş olmalıdır.
6. İç alüminyum folyo /karton ambalaj işareteli açılma yerinden açıldığından iğnenin portegü ile tutulması için kapak açıldığında /yırtıldığında iğne görülebilmelidir.
7. Ürünün paketi üzerinde UTS kodu, iğne modeli, iğne daire ölçüsü, sütürün kaç cm olduğu yazılı olmalıdır. bu yazılar yapıştırma sticer olmamalıdır.
8. Teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miathı olmalıdır.

Op.Dr.Mustafa ERDOĞAN  
M.C.BÜ.Tıp Fakültesi  
Göz Hastaneleri A.D.  
Dip.Tes.No:130161

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTAR	ÖLÇÜ BİRİMİ	SUT KODU	MAL ID
1	5/0 Polyester Sütur	60	adet	Kapsam dışı	903
2	10/0 Nylon Monofilament Sütur	150	adet	Kapsam dışı	5813

Op.Dr.Mustafa ERDOĞAN  
M.C.BÜ.Tıp Fakültesi  
Göz Hastalıkları A.D.  
Dip.Tes.No:130/61