

DISPOSABLE CONCENTRIC NEEDLE ELECTRODES TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- 50 mm uzunluğunda olmalıdır.
- 2- 0,46mm 26 G çapında olmalıdır.
- 3- 0.07 mm kare kayıt yüzeyi olmalıdır.
- 4- Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
- 5- Disposable (Tek kullanımlık) olmalıdır
- 6- Electrodes uygun kablo olmalıdır.
- 7- Emg ignesi UBB kodu olmalıdır. İğne kullanıcı tarafından denenerek alınacaktır

Prof. Dr. Özgür AKGÜL
FTR AD. ve Romatoloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 98578
Romatoloji Uzmanı / Tes. No: 105009
CBBU Fak. FTR AD. / Romatoloji BD.