

Koronar Anjiyoplasti Kılavuz Teli Hidrofilik 0.014 Inch (KR1003)

- 1- Koroner Anjioplasti işlemlerinde kullanıma uygun olmalıdır.
- 2- 0.014(inch) kalınlığında ve 180 VE 300 cm uzunluğunda olmalıdır.
- 3- Gövde ekleme olmamalı, yekpare olmalıdır.
- 4- Mükemmel "torque" özelliğine haiz olmalı, yumuşak kısım kaplaması "torque" özelliğini engellemeyecek yapıda (bağlantısız) olmalıdır.
- 5- Distal segmentte en uçtaki son 2mm'lik kısım hidrofobik yapıda olmalı En uç 2mm'lik kısımdan sonra en az 20cm'lik kısım sürtünmeyi engelleyici kaplamaya (hydrophilic) sahip olmalı, kaplama biyolojik uyumlu olmalı, proksimal segment PTFE kaplı olmalıdır.
- 6- Radyoopak uç uzunluğu en fazla 3cm olmalıdır.
- 7- Uç ağırlığı en az 1.5gr olmalıdır.
- 8- Proksimal segment, pıhtı tutumunu önleme ve kullanılacak balon ya da stent kateteri lümenine sıkışmama açısından özel madde ile kaplanmış olmalıdır.
- 9- Distal ucun en az 35cm'lik kısmı nitinol yapıda olmalı.
- 10- Uç stili 'spring' ya da 'core to tip' yapısında olmalı
- 11- Farklı zorluktaki lezyonlarda tercih edilmek üzere en az 1.5 gr dan başlamak üzere üç farklı uç ağırlığı seçeneği olmalıdır.

Prof. Dr. Ali Rıza Bilge
Kalp Hastalıkları Uzmanı
30976 - 37235