

**DISPOSABLE DÜZ KAPATICI TEK TETİKLİ STAPLER KARTUŞU 45 - 4,8MM (KALIN
DOKU) TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Disposable olmalıdır.
2. İki sıra titanium stapler ile 45 mm uzunluğunda kapama yapmalıdır.
3. Kartuş orta doku ve kalın doku kapatici stapler ile kullanılabilmelidir.
4. Kartuşun üzerinde bulunan pin stapleri ile birlikte otomatik ve staplerin tutuş kısmındaki mandal ile manuel olarak kullanılabilmelidir.
5. Kartuşun zimba bacak uzunlukları ateşlemeden önce 3,7 mm, ateşlemeden sonra 1,5 mm olmalıdır.
6. Kartuşun içinde 15 adet titanyum zimba bulunmalıdır.
7. Kartuşun içinde yer alan zimbaların eni 4 mm. olmalıdır.
8. Kartuşun üzerinde ameliyat ekibinin kullanım rahatlığını sağlanması için zimba bacak boyunu belirten bilgi olmalıdır.
9. Kartuş ateşlendikten sonra renkli yuvalar görünebilir olmalıdır.
10. Kartuşta yer alan zimbalar zor doku uygulamalarında en iyi "B" formasyonunu sağlamak için yassılaştırılmış olmalıdır.
11. Kartuşun içindeki zimbaları iten bar en iyi zimba kapanışını sağlamak için iki bölümden oluşmalıdır.
12. Steril paketli malzeme en az 4 yıl miadlı olmalıdır.
13. Ürüne ait UBB- UTS bilgilerinin sunulması gerekmektedir.

OR 3130

Doç.Dr.Cumhur Murat TULAY
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
GÖĞÜS CERRAHİ ABD V.
Göğüs Cerrahisi
Dip. No: 001504 T. Dip. Tes. No. 14444