

Koaksiyel İğne Teknik Şartnamesi


- 1- Koaksiyel iğne sistemi metal bir kanül ve trokar içermelidir.
- 2- Üzerinde derinlik belirteçleri bulunmalıdır.
- 3- Kalınlık seçenekleri 13 g, 15g, 17g, 19g olmalıdır.
- 4- 10 cm'lik iğneler için 7,8cm, 16cm iğneler için 13,8cm, 20cm iğneler için 17,8cm uzunluğunda seçenekleri olmalıdır.
- 5- Tam otomatik biyopsi iğnelere uygun olmalıdır.
- 6- Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibari ile en az iki yıl miadlı olmalıdır. Firma miadı dolan ürünü yeni ürünle değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
- 7- Getirilen malzemelerin ulusal bilgi bankası kod numarası ve karkod numarası bulunması, malzeme takiplerinin yapılabilmesi amacıyla malzemelerde ayrı bir lot numarası olması zorunludur.
- 8- Ürün "Ürün Takip Sistemi" (ÜTS)' ne kayıtlı olmalıdır.



CHIBA İĞNESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Yumuşak doku biopsisi ya da lezyona yönelik girişimde kullanılmak üzere dizayn edilmiş Chiba tipinde iğne olmalıdır.
2. İğne, 18G-20G-22G arası kalınlık ve 9-15-20cm arası uzunluktan seçilebilmelidir.
3. İğne üzerinde çıplak göz ile kolayca anlaşılabilir derinlik işaretleri bulunmalıdır.
4. İğne ucu, ultrason altında görünmeyi sağlayacak ekojenik tipte olmalıdır.
5. İğne çapı, iğne arka ucundaki renk kodları ile de belirginleştirilmiş olmalıdır.
6. Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibari ile en az iki yıl miadlı olmalıdır. Firma miadı dolan ürünü yeni ürünle değiştirmeyi taahhüt etmelidir.
7. Getirilen malzemelerin ulusal bilgi bankası kod numarası ve karkod numarası bulunması, malzeme takiplerinin yapılabilmesi amacıyla malzemelerde ayrı bir lot numarası olması zorunludur.
8. Ürün "Ürün Takip Sistemi" (ÜTS)' ne kayıtlı olmalıdır.

Prof. Dr. Serdar TARHAN
Radyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi



BİOPSİ İĞNESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Tru-cut tekniđi ile biopsi almaya uygun dizayn edilmiř olmalıdır.
- 2) Biopsi iđnesi iinde uygun kalınlıkta bir stile bulunmalıdır.
- 3) Alınacak biopsi materyalinin ierisine hapsedileceđi 17mm'lik bir "örnek entiđi" bulunmalıdır.
- 4) Biopsi iđnesi üzerinde kolayca anlařılabilecek derinlik iřaretleri bulunmalıdır.
- 5) Biopsi iđnesi ucu ultrason altında görölmesini sađlayacak řekilde ekojenik yapıda olmalıdır.
- 6) Biopsi iđnesi Anabilim Dalımızda bulunan Biopsi tabancasına uyumlu olmalı veya iđnelerle birlikte bir biopsi tabancası verilmelidir.
- 7) İđnenin tabancaya girecek kısmında, gerektiđinde tabancaya takılmadan da giriřimi sađlayacak bir plastik ve ıkarılabilir sabitleyici bulunmalıdır.
- 8) Biopsi iđnesi 16 ve 18 Gauge kalınlıđında, 20cm uzunluđunda olmalıdır.
- 9) İđneler steril olmalı ve CE belgesi bulunmalıdır.
- 10) Ürün "Ürün Takip Sistemi" (ÜTS)' ne kayıtlı olmalıdır.
- 11) Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiř olmalıdır. Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibarı ile en az 2 yıl miadlı olmalıdır. Firma miadı dolan ürünü yeni ürünle deđiřtirmeyi taahhüt etmelidir.
- 12) Getirilen malzemelerin ulusal bilgi bankası kod numarası ve barkod numarası bulunması, malzeme takiplerinin yapılabilmesi amacıyla malzemelerde ayrı bir lot numarası olması zorunludur.

