

MANUEL SEROLOJİ TESTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Manuel serolojik testler, aşağıda isimleri, miktarları ve şartları belirtilen test kitlerini kapsamaktadır.
2. İhale teklifleri aşağıda belirtilen testlerini tamamını kapsamalıdır.
3. Kitlerin tümü serum veya plazma örneklerinde çalışmaya uygun olmalıdır.
4. Testlerin hazırlanması ve çalışması için gereken kimyasal malzemeler, özel ekipmanlar kit ile birlikte verilmelidir.
5. Teklif edilen kitlerin raf ömrü, satın alındığı tarihten başlayarak en az 12 ay olmalıdır. Raf ömrünü tamamlamasına 2 ay kalan kitler önceden haber verilerek ilgili firma (ihaleyi alan firma) tarafından daha uzun olanlarla ücretsiz değiştirilmelidir.
6. Kitlerin içinden çıkan reaktifler yetmediği veya bozuk çıktığı takdirde, sorunlu ürünler ücretsiz olarak sağlanmalıdır.
7. Testler için gerekli olan; 3000 halka içerecek beyaz kart beyaz kart, 1000 adet ependorf tüpü, 96 kuyucuklu 20 adet plate (TPHA testine uygun), Monospot için 500 halka içerecek siyah kart, iki adet zaman ayarlayıcı saat (timer) ücretsiz olarak temin edilmelidir.
8. Mikrobiyoloji Anabilim Dalı teklif verilen kitlerin transport, kötü koşullarda saklanma, kit içeriklerinde fiziksel hasar dahil kendi denetimi dışında oluşabilecek her türlü sorun ile ilgili hiçbir sorumluluk taşımaz. İlgili firma tüm durumlarda Anabilim Dalı tarafından yapılacak yazılı başvuruyu takip eden 15 gün içinde kitleri ücretsiz olarak yenileri ile değiştirmelidir. Benzer biçimde, kit içeriklerinin bildirilenden eksik çıkması durumunda ilgili firma tüm eksiklikleri öngörülen test çalışma koşullarına uygun biçimde gidermekle yükümlüdür.

Prof. Dr. SİNEM AKÇALI
Celal Bayar Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Tıbbi Mikrobiyoloji AD
Dip.Tes.No: 69119 Ummanlık Tes. No: 65234

Prof. Dr. Talat ECEMİŞ
Tıbbi Mikrobiyoloji
Dip.Tes.No:55319