

RETROGRAD KARDİOPLEJİ KANÜLÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ  
KV1061

1. Kanül PVC'den imal edilmiş olmalıdır.
2. 14fr(4,7mm) 27cm'den kısa olmamalıdır.
3. Bir ucu balonlu ve bu balonu şişirmeye yarayan female musluklu şişirme ünitesi olmalıdır. Diğer ucu female ve klempili olmalıdır.
4. Kanülün içinde sert kırılmayı önleyen ve aynı zamanda kanülü yerleştirmeye yarayan mandiren sistemine sahip olmalıdır.
5. Kanülün ucu ile stile arasında biraz boşluk bulunmalıdır.
6. Kanüller tekli steril paketlerde olmalıdır.
7. Paket üzerinde steril edildiği tarih ve son kullanma tarihi bulunmalıdır.
8. Teslim edilecek malzemenin son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 3 yıl miadlı olmalıdır.
9. Teklif veren firma teklif ettiği ürünle ilgili şahit numuneyi istem yapan kliniğe teslim ederek onay almalıdır.
10. Teklif veren firma teklif ettiği malzemelerin UBB veya ÜTS Lod numarası,SUT kodu ve barkod numaralarını faturayla birlikte teslim etmelidir.

Prof. Dr. Ömer TETİK  
Kalp Damar Cerrahisi A.B.D. Başkanı