

## YETİŞKİN AMBU SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Acil durumlarda hasta naklinde ve anestezi cihazlarında kullanılabilir özellikte olmalıdır.
2. Normal haldeyken hacmi 500 ml olacaktır.
3. Bir elle sıkımadaki verdiği hacim 800 ml, iki elle sıkımadaki hacim 1350ml olmalıdır.
4. Pop-off valfı 40cmH2O olmalıdır.
5. Oksijen rezarvuvar hacmi 2500ml olmalıdır.
6. Solunum u olmayan ya da yetersiz olan hastaların solunum ihtiyacını karşılayabilmelidir.
7. Cihaz, erişkin hastalarda kullanıma uygun yapıda olmalıdır.
8. Set ile birlikte bir adet No:4 veya 5 şeffaf maske verilecektir.
9. Ambu setinin balon kısmı şeffaf slikindan yapılmış ve çok kullanımlık tipte olmalıdır.
10. LO. Ambu setinin solunum valfı şeffaf yapıda olmalı ve valf hareketi dışarıdan görülebilmelidir.
11. Tek el ile kullanılabilir yapıda olacaktır.
12. Eşit olarak hava verecektir.
13. Transperan ve slikindan yapılmış olacaktır. Yüzeyindeki küçük pürtükler kolay kullanım sağlamalıdır.
14. Yüksek basınç gerektiğinde arttırılabilecektir. 40cm H20 basınç limit valfı dizayn edilmiş olmalıdır.
15. Bir valfkepenği ile dizayn edilmeli, konsrüksüyon valfaracılığı ile düşük insprasyon ve eksprasyon basıncı sağlamalıdır. Ambu peep valf konnektör kullanmadan monte edilebilmelidir.
16. % 100 oksijenli hava üfleyebilecek rezarvuvar sistemi birleştirilmiş valfile kontrol edilecektir. Rezarvuvar spontan solunumu belirleyebilmelidir.

## PEDİA TRİK AMBU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Solunumu durmuş veya yetersiz olan çocuk hastaya kuvvetle hava vermek veya solunumu desteklemek üzere kullanılabilir.
2. Bir adet 550 ml kapasiteli, silikon manuel resüsitatör olmalıdır.
3. İki adet çocuklar için silikon ağız maskesi olmalıdır.
4. Bir adet 2500 ml kapasiteli silikon oksijen rezervuarı olmalıdır.
5. 50 mm' lik ve 35 mm' lik iki adet airway olmalıdır.
6. 2 m silikon hortum ve diş açıcı olmalıdır.

## GENEL BİLGİLER

1. Oksijen rezarvuvarı dışında kalan bütün parçaları 34 de otoklavlanabilmelidir.
2. Temizlenmesi ve dezenfekte yapılması kolay olmalıdır.
3. Ambu ISO standartlarına uygun olmalıdır.
4. PVC malzemededen imal edilmiş özel taşıma çantası olmalıdır.
5. Ürün mutlaka UBB ve UTS kayıtlı olup sağlık bakanlığından onaylı olmalıdır.
6. En az 2 yıl garantisi olmalıdır.

  
Bahadır ERDELIKANI  
Sağlık Hiz. Müdürü