

Sıyırıcı Şartnamesi

1. Teklif edilecek ürün Quanta System marka cihazları ile uyumlu fiberleri sıyırmak için dizayn edilmiş olmalıdır.
2. Sıyırıcı fiber üzerindeki koruyucu katman (Blue Buffer)ı sıyırmak için kullanılabilir ve optik kısma zarar vermemelidir.
3. Sıyırıcı ayarlı olmalıdır. İnce çaplı fiberler için 120 mikrondan 400 mikrona kadar; kalın çaplı fiberler için 300 mikrondan 1000 mikrona kadar fiberlerin sıyırma işleminin yapılmalıdır.

Prof. Dr. Özgür Diler

