

ŞEFFAF ELDİVEN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Şeffaf, renksiz olmalıdır.
2. Polietilenden imal edilmelidir.
3. Standart boy olmalıdır. Sağ-sol ayrımı bulunmamalıdır.
4. Giyerken yırtılmayacak dayanıklılıkta olmalıdır.
5. Yapışıklık vb. imalat hatası bulunmamalı, sağlam olmalı, kolayca yırtılıp kopmamalı, kolay giyilebilir olmalıdır
6. Eldivende delik bulunmamalı, sıvı sızdırmamalıdır.
7. Hassas ciltlerde alerjiye neden olmamalıdır.
8. Tırtıklı yüzeye sahip olmalı ve.
9. Paketler 100 'lük ambalajlarda olmalıdır üzerinde ürün barkodu bulunmalıdır.
10. Numuneler denendikten sonra uygunluk verileceği için teklif veren firma denenmek üzere 1 paket numuneyi hastane tıbbi sarf deposuna teslim etmelidir.
11. Verilen numune örnekleri ile teslim edilen ürün aynı olmalıdır.
12. Teknik şartnameye uymayan ürünler değerlendirmeye alınmayacaktır.
13. Numunelerden 10 çift şahit numune olarak saklanacaktır.
14. Ürünün UBB ve UTS kaydı olmalıdır.


Ferya Karadağ YALÇIN
Sağlık Hizmetleri Müdürü