

BONE WAX TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kemik uçlarının kanamasını engelleyen özelliğine sahip olacaktır.
2. Beher adeti 2.5 gr steril poşetlerde bulunacaktır.
3. Tek tek steril poşetlerde olacaktır.
4. Malzemenin üzerinde sterilizasyon yöntemi, son kullanma tarihleri belirtilmelidir.
5. Teslim edilecek malzemenin son kullanma tarihi malzemenin tesliminden itibaren en az 3 ± 1 yıl miadlı olmalıdır.
6. Teklif veren firma teklif ettiği ürünle ilgili numuneyi istem yapan kliniğe teslim ederek onay almalıdır.
7. Teklif veren firma teklif ettiği malzemelerin UBB ve UTS belgelerini teklif ekinde sunmalıdır.

OR 4510

Prof.Dr. Ömer PETİK
Kalp Damar Cerrahisi ABD
Başkanı