HEMOSTATİK EMİLEBİLİR JELATİN YAMA

1- Emilebilir Hemostatik Jelatin Yama, bir kanama yüzeyine uygulanarak hemostatik kullanım için uygun olmalıdır.
2- Emilebilir Hemostatik Jelatin Yama, 125 mm x 80 mm x 05 mm ebatlarında olmalıdır.
3- OR 4460 Sut Kodu ile eşletirilmiş olmalıdır.
4- Emilebilir Hemostatik Jelatin Yama, kardiyak, büyük damar ve periferik vasküler onarım ve rekonstrüksiyon dahil olmak üzere kardiyovasküler uygulamalar ve diğer bütün cerrahi uygulamalar için uygun olmalıdır.
5- Suda çözünmemeli ve dokuda emilebilir olmalıdır.
6- Jelatin yapısında olmalıdır.
7- Emilebilir Hemostatik Jelatin Yama, 2 dakika içinde kanamayı durdurmalıdır.
8- Kutusunda en az 10 adet bulunmalıdır.
9- Emilimi 4-6 hafta içinde tamamlanmalıdır.
10- Gelişmiş biyopolimerik yama dikişli bölgeyi kapatmalıdır.
11- İyileştirilmiş dikiş tutma, düşük trombojenite ve anevrizmal genişlemeye karşı dirençli olmalıdır.
12- Çok yönlü mukavemete sahip, yıpranmayan ve istenilen boyutta kesilebilir olmalıdır.
13- Satın alma komisyonunca numuneler değerlendirilecektir.
14- Kılcal, venöz ve arteriol kanamalar için uygun olmalıdır pH nötr olmalıdır gerektiğinde ilaçlarla birleşmelidir.
15- Antikoagülan tedavi gören hastalarda kullanabilir olmalıdır.
16- Üts kaydı olmalıdır ve klinik çalışmaları araştırmaları istenildiğinde ibraz edilmelidir.
17- Teslim alındıktan itibaren son kullanma tarihi en az 2 (iki) yıl olmalıdır.
18- Ambalaj üzerinde üretici firmanın adı veya logosu, katalog numarası yazılı olup bu yazı silinmeyecek şekilde olmalıdır.

Ayfer YURDAIDUR
Hemşire

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.