CERRAHİ İŞARETLEME KALEMI (CİLT MARKER) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cerrahi cilt işaret kaleminin UBB ve UTS kaydı olmalıdır.
2. Cerrahi cilt işaret kaleminin içerisindeki boya; fırçalama, cerrahi temizlik ve aşınmaya dayanıklı olmalı, ameliyat süresi içinde görünürlüğünü kaybetmemelidir.
3. Cerrahi cilt işaretleme kalemi, steril paketlerde ve her bir pakette 1 (bir) adet kalem olarak ambalajlanmış olmalıdır.
4. Her pakette metrik ve inch birim belirteçleri olan en az 15 cm'lik cetvel bulunmalıdır.
5. Kalemin rengi cilt üzerinde görülebilir olmalıdır.
6. Cerrahi işaret kaleminin mürekkebi alerjik ve kanserojen nitelikte olmamalıdır.
7. Cerrahi işaret kaleminin mürekkebi tatuaj yapmamalıdır.
8. Cerrahi cilt işaret kaleminin ucu ince şekilde (1 mm) (fine tip) elverişli olmalıdır.
9. Kalemin mürekkebin kurumasını engelleyen kapağı olmalıdır.
10. Kalemin ambalajı üzerinde üretici firma, sterilizasyon biçimi, son kullanma tarihi bulunmalıdır.
11. Kalemin üretim tarihinden itibaren en az 2(iki) yıl miadı olmalıdır.
12. Kalemin miadının bitimine 3(üç) aylık süre kaldığında, önceden bilgi verilmesi şartıyla kalemler daha uzun miadlı ürünler ile değiştirilmelidir.
13. Numuneler mutlak suretle denenerek karar verilecektir.

Serap ERSIK
SORUMLU HEMŞİR

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.