TORAKOSKOPİK CERRAHİ EL ALETİ SETİ (VATS) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Göğüs cerrahisi ameliyatlarında lobektomi (vats) ile yapılacak her vakada kullanıma uygun olmalıdır,
2. Cerrahi alet bir bütün olarak paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır.
3. Tüm ürünler 134 derece otoklava dayanıklı ve reusable(Tekrar Kullanılabilir) olmalıdır. Buharlı sterilizasyon yöntemlerine uygun olmalıdır.
4. İstenilen Cerrahi aletin veya aletlerin CE Belgesi olmalıdır. İstenilen ürünlerin TİTUBB UTS kaydı olup , sağlık bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır.
5. Talep edilen aletler pürüzsüz yapıda olmalı, kilit elçekleri sorunsuz çalışmalı sert veya çok yumuşak olmamalıdır.
6. Aletler Kliniğin isteğine göre bir kısmı mat veya parlak yapıda olabilir.
7. Tüm ürünler 2(iki) yıl fabrikasyon üretim hatalarına karşı garantili olmalıdır. Tamir edilemeyecek ürünler yenisi ile değiştirilmelidir. Garanti kapsamı süresince aletlerin bakım onarımı bir kez ücretsiz yapılmalıdır.
8. Aletlerin ağırlığı en fazla 82 gr geçmeyecek, vakada cerrahın elini ağrıtmayacaktır.
9. Teklif edilen tüm ürünlerin numunesi görülecek gerekirse vakada denendikten sonra uygunluk veya uygunsuzluk verilecektir.
10. Teklif edilen ürünler teknik şartnamede belirtilen tüm maddeleri karşılamalı, aksi durumda numunelerine onay verilmeyecektir.
11. **Numune onayına istenilen tüm aletler ile 5 gün içerisinde gelmeyen firmaların teklifleri otomatik olarak reddedilecektir.**
12. **Teklif veren firma 4 adetlik alıma istinaden kliniğin seçeceği 1 adet aleti ücretsiz hediye olarak vermeyi kabul eder.**

Talep Edilen Aletler

(2 adet) Torasik Harcen Vascüler Clemp ; Aletin çalışma kanalı uzunluğu 20 cm , toplam uzunluğu 32 cm olmalıdır. Şaft kalınlığı en fazla 7 mm olmalıdır. Aletin uç kısmı S şeklinde olmalıdır.

(2 adet)Torasik Doku Clemp Eğimli Snake model ; Aletin çalışma kanalı uzunluğu 20 cm toplam uzunluk 33 cm olmalıdır. Şaft kalınlığı 7 mm olmalıdır. Uç kısmı özel baklava şeklinde olup atravmatik yapıda olmalı ve eğimli olmalıdır.

MANİSA
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
Doç. Dr. Demet YALDIZ
Göğüs Cerrahisi A.D.
Dip. No:7653

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.