



KIRSCHNER TELİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
Sut kodu TV 5600

1. Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
2. Uç kısmı “elmas uç” yapısında olmalıdır.
3. Eğilmeye ve kırılmaya karşı dirençli olmalıdır.
4. Boyları 300 mm ± 20 mm aralığında olmalıdır.
5. 2.2 ve 2.4 mm çapında olan tellerin boyu 400 mm ± 20 mm aralığında olmalıdır.
6. Teklif veren firmalar her bir çaptan 5 (beş) adet numüne verecek ve bu numüneler ilgili birim tarafından kullanıldıktan sonra karar verilecektir.
7. Her bir pakette 10 (on) adet olacak şekilde , non-steril olarak hastanemizin deposuna teslim edilmelidir.
8. UBB numaraları ve barkodları olmalıdır.


Prof. Dr. Sarhan ERKAN
M.C.B.U. Ort. ve Travm. AD.
Diploma No: 58731-94697


Prof. Dr. Hüseyin Serhan YERCAN
C.B.Ü.T.F. Ortopedi ve Travmatoloji A.B.D.
Diploma No: 6441
Diploma Tesiti No: 68921
Uzman Tesiti No: 41401