

Penil Protez (üç parçalı) Aksesuar Kiti

Teknik Şartnamesi (UR1002)

1. Aksesuar kitin içerisinde protez arka uzatma hunileri (RTE) 1cm,1,5cm,2cm ve 3cm olmalıdır.
2. Bu uzatmaların (RTE) dış yapısı antibiyotiği absorbe etmesi ve daha sonra hastanın içinde antibiyotiği salgılayarak enfeksiyon riskini azaltması için hidrofilik ile kaplanmış olmalıdır.
3. Protez ve rezervuar bağlantısını yapacak bağlantı elemanları bulunmalıdır.
4. Teklif edilen ürünün CE ve FDA belgesi olmalıdır.

MCBÜ Hıfısa Sultan Hastanesi
Dr. Öğretim Üyesi
ALBAZ
Diy. Tıp. No: 161397
Uzm. Tıp. No: 129963

Penil Protez (üç parçalı)Rezervuar

Teknik Şartnamesi (UR1003)

1. Rezervuar hacmi en az 75cc olacaktır. 125cc seçeneği olmalıdır.
2. Rezervuar kas üstüne yerleştirilebilmesi için yonca yaprağı şeklinde dizayn edilmiş olmalıdır.
3. Rezervuarda abdominal basınç nedeniyle istemsiz olarak ereksiyon olmasını engelleyecek **Lock-out valf** sistemi olmalıdır.
4. Rezervuarın dış yapısı antibiyotiği absorbe etmesi ve daha sonra hastanın içinde antibiyotiği salgılayarak enfeksiyon riskini azaltması için **hidrofilik ile kaplanmış** olmalıdır.
5. Teklifi verilen ürünün CE ve FDA belgesi olmalıdır.

CBÜ Hasea Sultan Hastanesi
Eğilim Üyesi
AYIĞALRAZ
Tels. No: 161397
Dem. Tels. No: 129963

Penil Protez (üç parçalı) Teknik Şartnamesi (UR1004)

1. Ürün Bioflex'ten üretilmiş olacaktır.
2. Ürün deflate halde iken dog ear (kıvrılma) yapmayacaktır.
3. Uçları yuvarlatılmış olacaktır.
4. Ürünün enine genişleme özelliği olacaktır.
5. Protez pompa sıkılarak şişirilebilir özellikte olacaktır.
6. Pompadaki valf **tek dokunuşla** kolay bir şekilde silindirlerin indirilebilmesini sağlayacak özellikte ve soft yapıda olacaktır.
7. Silindirlere çıkan bağlantı hortumları hacimsel genişliği minimuma indirmek amaçlı silindire yapışık olacaktır.
8. Silindirlerin ucu glansdaki olası düşmeleri engellemek amacı ovalize edilmiş olmalıdır
9. Protezin dış yapısı antibiyotiği absorbe etmesi ve daha sonra hastanın içinde antibiyotiği salgılayarak enfeksiyon riskini azaltması için **hidrofilik ile kaplanmış** olmalıdır.
10. İstenmesi halinde her ameliyatta firmanın teknik destek vermesi zorunludur.
11. Protez boylarına göre 14cm, 16cm, 18cm, 20cm, 22cm olmalıdır.
12. Teklifi verilen ürünün CE belgesi ve FDA onayı olmalıdır.
13. Ürünün dar silindirli 9mm (Narrow) seçenekleri olmalıdır.
14. İhaleyi kazanan firma hastanenin stoğundaki ürünler bitene kadar eksik kalan boyları ameliyat için tamamlamalıdır.