


UZATMA LİNE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Line uygulanabilecek tüm akış uygulamalarında güvenle kullanılabilir. Line in rengi, sıvının setten geçip havanın çıkışının gözlemlenmesine olanak vermelidir.
2. Uzatma line en az 120 cm uzunluğunda olmalı ve M/F line içermelidir.
3. Materyali ilaç temas yüzeyi/tamamı polietilen veya PVC (LATEKS,DEHP içermemeli) olmalıdır.
4. Şeffaf veya ışıktan korumalı seçeneği bulunmalıdır.
5. Line minimum dolun hacmine sahip olmalıdır.
6. Steril, non-toksik, apirojenik olmalıdır.

Dr. Dije Y. İnan