


23 G ARGON ENDOLAZER PROBU, ACILI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hastanemizde bulunan Ellex cihazına uyumlu olmalıdır.
2. Her hangi bir ara ataçmana ihtiyaç duymadan, direkt olarak cihaza bağlanabilmelidir.
3. Prob 23 gauge kalınlığında olmalıdır.
4. Prob trokarlardan göz içine girmeli ve açılı laser ucuna sahip olmalıdır.
5. Steril ambalajlar içinde, kullanıma hazır olmalıdır.
6. Prop, özel olarak imal edilmiş, plastik mukavim bir paket içerisinde, tek kullanımlık steril ambalajda olmalıdır. Kesinlikle steril poşet içinde olmamalıdır.
7. Sarf malzemesi üzerinde son kullanma tarihleri ve lot numarası mutlaka bulunmalıdır. Cihazın üretici firması tarafından üretilmiş olmalıdır.
8. Sarf malzemesinin nereden güvenle açılacağını gösterecek şekilde yapıştırılmış olmalıdır.
9. Teslim tarihinden itibaren 18 ay miatlı olmalıdır.
10. Sağlık bakanlığı ÜBB ve ÜTS kayıt sisteminde olmalıdır.

Op.Dr.Mustafa ERDOĞAN
M.C.BÜ.Tıp Fakültesi
Göz Hastalıkları A.D.
Dip.Tes.No:139161

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MIKTARI	ÖLÇÜ BİRİMİ	SUT KODU	MAL ID
1	23 G ARGON ENDOLAZER PROBU, AÇILI	5	adet	GZ1124	2803


Op.Dr.Mustafa ERDOĞAN
M.C.BÜ.Tıp Fakültesi
Göz Hastalıkları A.D.
Dip.Tes.No:130161