

### **1-)GÖZ-POSTERIOR VİTREKTOMİ SETİ 23 G**

1. Hastanemizde bulunanalcon marka cihaza uyumlu olmalıdır.
2. Bu pak ile hem ön hemde arka segment cerrahisi kaset değıştirilmeden yapılabilmelidir.
3. Pak; direct venturi sisteme uygun, venturi odacıđına sahip ve aynı zamanda peristaltik drenaj pompasına da uygun kaset içermelidir.
4. Bu kaset, drenaj sensörü tarafından algılanıp, istenildiđi gibi çalışması için, şeffaf ve dayanıklı plastikten imal edilmiş olmalıdır.
5. Pak; pnömantik radial kesi yapabilen vitrektomi probunu bünyesinde bulundurmaktadır.pak; fiberoptik illuminatör, 4 mm'lik infüzyon kanülü, 3 adet 23 gauge m.v.r. bıçak (valfli trokar seti kullanıma hazır halde), serum seti ve infüzyon hattı tubing seti, şeffaf naylon dan imal edilmiş cihaz ön panel örtüsü, 20 cc.'lik enjektör ve yukarıda bahsedilen kasete uygun atık torbası. 2 adet fako sleeve ve 1 adet test chamber içermelidir.
6. Pak; irrigasyon ve aspirasyon tubing bağlantıları içermelidir.
7. İrrigasyon ve aspirasyon hattı konnektörleri cihazın us hp uygun olarak yanlış bağlantıya imkan vermeyecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
8. İrrigasyon ve aspirasyon hatları farklı renklerde olmalıdır.
9. Yukarıda adı geçen tüm sarf malzemeler, özel olarak imal edilmiş, mukavim, plastik bir kutu içerisinde, steril olarak bulunmalıdır.
10. Pak üzerinde üretim ve son kullanma tarihleri mutlaka bulunmalıdır.
11. Teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl miatlı olmalıdır.