

ULTRASONİK YIKAYICI DEZENFEKTÖR KİRLİLİK TESTİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ultrasonik yıkayıcı dezenfektörlerde temizleme etkinliğinin rutin olarak izlenmesi için tasarlanmış olacaktır.
2. Kirlilik testi, alüminyum üzerinde sentetik test kiri bulunan indikatörlü şerit ve bu şeridin yerleştiği holder'dan (tutaç) oluşacaktır.
3. İndikatör, 70x35 m ebatlarında olmalıdır.
4. Ultrasonik yıkama etkinlik indikatörü 0.20 mikron kalınlığında olmalı ve kayıtlar için zımbalanabilir olmalıdır.
5. Organik insan kanı simülasyonuna eşdeğeri ile hazırlanmış organik kalıntıya sahip olmalı ve insan kanı simülasyonunu test etmelidir.
6. Ultrasonik yıkama indikatörü not alınan/yazılan alana sahip olmalı ve metalin rengi gri olmalıdır.
7. İndikatörü yerleştirmek için şartları zorlaştırılmış holder'ı paslanmaz çelikten olacaktır.
8. Her 500 adet indikatör için 1 adet holder verilecektir.
9. ISO 15883-1 ve ISO 15883-5 yıkayıcı dezenfektörlerin rutin kontrolü için gerekli şartları yerine getirmiş olduğu üretici tarafından belgelenecektir.
10. Üretici firma ISO 9001 ve ISO 13485 belgelerini ihale dosyasında sunmalıdır.
11. Markası, lot numarası ve son kullanma tarihi indikatörün üzerinde yazılı olacaktır.
12. İşlem öncesi holder'a yerleştirilen indikatör, başarılı bir işlem sonunda okuma hatalarına izin vermeyecek şekilde yüzeyindeki taklit kirlilerden arınmış olacaktır.
13. Ultrasonik yıkama etkinlik indikatörü köşeleri keskin hatlara sahip olduğunda kullanıcıya zarar verebileceğinden dolayı yıkama indikatörü köşeleri oval olmalıdır.
14. Ultrasonik yıkama testi, her marka cihaz ve solüsyonla kullanılabilirlidir.
15. Yıkama indikatörü 250 adetlik kutularda olmalıdır.
16. Test sonucunu yorumlamak için indikatörler ile birlikte renk değişimi tablosu verilecektir.

ASLI DUMAN
Sorumlu Hemşire