

**PATOLOJİ ANABİLİM DALI İÇİN DOĞRUDAN TEMİNİ İSTENEN SARF MALZEMELERİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

| Sıra No | Malzeme | Şartname Özellikleri | Miktar | Birim |
|---------|--------------------|--|--------|-------|
| 1. | DOKU TAKİP SÜNGERİ | <p>1. Doku takip süngeri, standart doku takip kesitlerinin içine sığabilecek ve kenarlarda hiçbir boşluk bırakmayacak boyutlarda yaklaşık 32x26 mm olmalıdır.</p> <p>2. Küçük dokuları sabitlemek suretiyle kaset içerisinden çıkıp kaybolmalarını engelleyecek ve kimyasal maddelerin dokuya nüfuz etmelerine izin verecek nitelikte yapay süngerlerden yapılmış olmalıdır.</p> <p>3. Kullanılan sünger malzeme alkol, ksilen, formaldehit vb. kimyasal maddelere en az bir doku takip süreci içerisinde 9-12 saat dayanıklı olmalıdır ve bu özellik önceden yapılacak testlerle kanıtlanmalıdır.</p> <p>4. İstenilen süngerler 7 farklı renkten oluşmalıdır. Renk skalası bölümümüzce bildirilecektir.</p> <p>5. Teklif öncesi numune gönderilmeli, istenilen özellikler laboratuvarımızda denenerek uygunluk belgesi teklif ile beraber sunulmalıdır.</p> <p>6. Ürünün Uluslararası üretim standartlarına uygunluğu belgelenmelidir. IVD işareti taşımalıdır.</p> | 20000 | ADET |