


## KEMOTERAPİ ELDİVENİ

1. Eldiven sititoksik maddelere karşı gerekli bariyeri oluşturmalı, kimyasal maddelere karşı test raporlu olmalıdır.
2. Pudrasız nonstril ve latex olmalıdır.
3. Yırtılmaya ve delinmeye dayanıklı olmalıdır.
4. Ürün EN374-EN420-EN455 standartlarını karşılamalıdır.
5. Eli sıkmayacak fakat rahat kavramayada engel olmayacak esneklikte olmalıdır.
6. Giyimi kolay ve eli terletmeyecek özellikte olmalıdır.
7. Eldivenin iç yüzey kısmı parmak uçlarına kadar pürüklü olmalıdır.
8. Ambalajı nemden etkilenmeyecek dayanıklı bir kartondan yapılmış olmalı ve kolayca görülüp açılabilen açılış yerine sahip olmalı, sağ sol eşit sayıda eldiven bulunmalıdır.
9. Depoya teslim edildiği andan itibaren en az bir yıl raf ömrü olmalıdır.
10. ISO, TUV, CE, FDA gibi uluslar arası standartlardan irine sahip olmalıdır.
11. Malzemeyi teklif eden firma distribitörlük belgesini de ibraz etmek zorundadır.
12. Ürünün UBB ve ÜTS kaydı olmalıdır.
13. Ürün üretim tarihi itibarıyla en az 3 yıl miadlı olmalıdır.

  
Prof. Dr. Özge YILMAZ  
Celal Bayar Üniversitesi Hast.  
Dip. No: 01-492-032  
Çocuk Allerji Uzmanı Fes. No: 88990