

HASTA ISITMA YATAĐI TEKNİK ŐARTNAMESİ

- 1- Hastanemizde kullanılmakta olan Medwarm Marka W-500D model kontrol ünitesine uyumlu aŐaĐıdaki özelliklerde ısıtmalı yatak olmalıdır.
- 2- Isıtma elementi olarak karbon-fiber kumaŐ kullanılmıŐ olmalı, Rijit yapıda sert ve kauçuk esaslı olmamalıdır.
- 3- Oda sıcaklıĐında ısıtıcı ped 36-37°C sıcaklıĐa en fazla 8-10 (± 3) dakikada ulaşabilmelidir.
- 4- Sistemin aŐaĐıdaki durumlara karŐı sesli ve ışıklı alarm düzeni olmalıdır.
 - a. Güç alarmı
 - b. Ped yok alarmı
- 5- Isıtma pedinin **190x50 cm** (± 5 cm) ebatlarında **dekübiti** engellemek amaçlı visco elastik süngerli dıŐ yüzeyi sıvı geçirmeyen 1 adet ısıtma pedi olmalıdır.
- 6- Isıtıcı pedin dıŐ yüzeyi silinebilir olan Su Geçirmeyen Hava Geçiren, Özel Bir KumaŐla Kaplanmış olmalıdır.


Feryal K...
SaĐlık Hizmetleri Müdürü