

Hasta Isıtma Cihazı Teknik Şartnamesi

1. Cihazın hasta Isıtıcı hafif, kompakt ve kullanımı kolay olmalıdır.
2. Cihazda mikro işlemci kontrollü olmalıdır.
3. Cihazda ısıtma 34 / 37 / 40 /43 derece olarak ayarlamak mümkün olmalıdır. Ayrıca cihaz 10 dakika boyunca 46 derece yoğun ısıtma yapabilmelidir, 10 dakikalık yoğun ısıtmadan sonra cihaz normal çalışma sıcaklığına otomatik olarak dönmelidir.
4. Cihaz istenildiğinde ısıtma yerine sadece ortam sıcaklığında üfleme yapabilmelidir.
5. Cihazda Entegre güvenlik sistemleri olmalıdır.
6. Cihaz üflemeli ısıtma yoluyla çalışmalıdır.
7. Cihazda hava giriş filtresi bulunmalı ve bu filtre temiz ısınma sağlanmalıdır.
8. Cihazın hava filtresi ömrünü tamamlamasına yakın ve tamamladığında kullanıcıyı uyarmalıdır. Hava filtresinin kullanım ömrü en az 1000 saat olmalıdır. Filtre değişim uyarısı cihazın kullanılmasını etkilememelidir.
9. Cihazda uzayabilir hortum sistemi olmalı ve bu hortum ile rahatlıkla bir yere sabitleme yapılabilirdir.
10. Hortumun cihaza bağlantı kısmı kendi ekseninde 360 derece sınırsız dönebilir olmalı, kıvrılıp bükülmemelidir.
11. Cihazda yatak kenarına sabitlemek için askı kancası ve serum askısına sabitleyebilmek için klemp bulunmalıdır
12. Cihaz taşınabilir ve hafif olmalıdır
13. Cihazın farklı ebatlarda disposable ısıtıcı battaniyeleri bulunmalıdır. Cihazla birlikte 5 adet verilmelidir.
14. Teklif edilen cihazın ve blanketlerin UTS kaydı olmalıdır.
15. Cihazın opsiyonel tekerlekli ve sepetli taşıma arabası bulunmalıdır.
16. Cihaz 220-240 V, 50-60 Hz şehir şebeke cıreyanı ile çalışmaya uygun olmalıdır.


Feyza N. K. A. S. N.
Sağlık Hizmetleri Müdürü