

Poşlu Göz Örtüsü

1. Örtüler non woven (dokunmamış) kumaştan mamul olmalıdır. Tüm göz operasyonlarında kullanılabilir olmalıdır.
2. Örtü üretiminde kullanılan malzemeler yarı şeffaf veya şeffaf olmayacaktır
3. Oftalmik örtü üzerinde tek poşu bulunmalıdır.
4. Örtüler gerektiğinde steril olmayan bir kişinin rahatça örtülmesine olanak verecek ölçüde katlı olmalıdır.
5. Her paketin içinde sterilizasyon ve son kullanma tarihleri belirtilmelidir.
6. Büyüklüğü en az 100 cm x 130 cm olmalıdır.

Op.Dr.Mustafa ERDOĞAN
M.C.BÜ.Tıp Fakültesi
Göz Hastalıkları A.D.
Dip.Tes.No:130161

SIRA NO	MALZEMENİN ADI	MİKTARI	ÖLÇÜ BİRİMİ	SUT KODU	MAL ID
1	Endolazer probu eğik 23 g	5	adet	GZ1124	2803
2	Poşlu Göz Örtüsü	2000	adet	GZ1001	32985

Op.Dr.Mustafa ERDOĞAN
M.C.BÜ.Tıp Fakültesi
Göz Hastalıkları A.D.
Dip.Tes.No:130161

EĐİK UÇLU 23 GAUGE ENDOLASER PROBU
TEKNİK ŐARTNAMESİ

- 1.Teklif edilecek disposable endolaser problar Hastanemizin ameliyathanesinde bulunan laser cihazı ile uyumlu olmalıdır.
- 2.Endolaser problemların konektörü dođrudan lasere bađanabilmelidir. Adaptör gerektiren problemlar kabul edilmeyecektir.
- 3.Endolaser problemlar silica (cam) fiberden imal edilmiř olmalıdır. Plastik fiberli ürünler kabul edilmeyecektir.
- 4.Teklif edilecek problemlar 23 gauge (0,6 mm) ve eđik uçlu olmalıdır. Uç kısımlar kanülden geçmeleri için daha ince olabilir.
- 5.Probl uzunluđu en az 275 cm olacaktır. Daha kısa problemlar kabul edilmeyecektir.
- 6.Fiber çapı 200 mikron olmalıdır.
- 7.Endolaser problemların düşük cone açısı bulunmalıdır.

Op.Dr.Mustafa ERDOĐAN
M.C.BÜ.Tıp Fakültesi
Göz Hastalıkları A.D.
Dp.Tes.No:130161