


## İDRAR TORBASI ASKISI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) 5 mm kalınlığında transmisyon demirinden imal edilmiş olmalıdır.
- 2) Pas ve korozyon için özel olarak kromaj yapılmış olmalıdır.
- 3) Su, rutubet, temizlik maddesi vb. diğer etken maddelerden dolayı paslanma, kromajında dökülme yapmamalıdır.
- 4) Ürün her çeşit yatak profiline uyumlu olmalıdır.
- 5) Ürün torbanın hortumunun bükülmesini önlemelidir.

  
Tuzluca Sağlık Kurumu  
Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü