

BAKRİ BALON POSTPARTUM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Doğum sonrası kanama kontrolünde ve yönetiminde kullanılmak amacıyla tasarlanmış olmalıdır.
2. Uterin boşluğu içinde hızlıca tampon sağlayabilir özellikte dizayn edilmiş olmalıdır.
3. Normal ya da sezeryan doğumu sonrasında kullanılabilir olmalıdır.
4. Balon % 100 silikondan imal edilmiş olmalı kesinlikle latex içermemelidir.
5. Ürün bir pakette set halinde olmalı ve 1 adet 60 cc'lik şeffaf şırıngası set içinde hazır bulunmalıdır.
6. Ürün ile birlikte hızlı bir şekilde balonun şişirilmesini sağlayan dual check valf ve 180 cm uzunluğunda tubing line ile birlikte serum torbasını delmek için bir aparat da birlikte paketlenmiş olmalıdır.
7. Kanamanın durdurulmasını gözlemlemek için şişirildikten sonra balonun distal ucunda açık kalacak şekilde bir drenaj kanalı bulunmalıdır. Balon 500 ml şişirildikten sonra distal uçtaki drenaj kanalı 2 cm'den daha az olmayacak şekilde dışarıda kalabilmeli ve kanama takibi yapılabilmesini sağlayabilir özellikte olmalıdır.
8. Balonun maksimum şişirme hacmi 500 ml olmalı ve şişirildiğinde uterus anatomisine uyumlu bir şekil almalıdır.
9. Distal ucuna yakın bir konumda balonun yerleşik olduğu line hattı 24 fr çapında 54-58 cm uzunluğunda olmalıdır.
10. Ürünün literatürü, bilimsel yayınları ve animasyon video kaydı teklif ile birlikte teslim edilmelidir.
11. Peel - open paketleme ile steril edilmiş ve tek kullanım için tasarlanmış olmalıdır.
12. Orjinal paketlerde üretici firma ismi ve sterilizasyon miadı yazılı olmalıdır.
13. İhaleye katılan firma üretici firmadan aldığı tek yetkili distribütörlük belgesine sahip olmalıdır.

Prof. Dr. Naci Kemal Kuşcu

