

KAN GRUBU SAPTAMA KİTLERİ ŞARTNAMESİ

- 1-Kanda eritrosit antijenlerini (ABO ve Rh-D) saptayabilmelidir.
- 2-Monoklonal olmalıdır.
- 3-10 ml'lik damlalıklı şişeler halinde kullanıma hazır olmalıdır.
- 4-Sağlık bakanlığı ithal izin belgesi olmalıdır.
- 5-Uluslararası geçerli olan kalite kontrol belgesi olmalıdır.
- 6-Miadı en az bir yıl olmalıdır. Son kullanma tarihinden üç ay öncesinde haber verilmek üzere daha uzun miadlı olanlarla değiştirilebilmelidir.