

## EPİDURAL SET ÜRÜN ŞARTNAMESİ

1. Kanül, travmatik tuohy bileyli, 1.3 mm (18 G) çapında, en az 80 mm uzunluğunda olmalıdır.
2. İğne üzerinde 1'er cm'lik uzunluk işaretleri olmalıdır.
3. Kanül, şeffaf kilit bağlantılı olmalıdır.
4. Kanül, renk kodlu mandrenli olmalıdır.
5. Epidural kateter, poliamid, radyopak olmalıdır.
6. Epidural kateterin, 5 mm uzunluğunda fleksibl soft ucu farklı renk ve materyalden imal edilmiş olmalıdır.
7. Epidural kateter, '100 cm uzunluğunda 20 G çapında ve uzunluk işaretli olmalıdır. Epidural kateter kırılma, kıvrılma, kopma, esneme yapmamalıdır.
8. Epidural kateter, yandan üç delikli olmalıdır.
9. Epidural kateter, kateterin rahat yerleştirilebilmesi için yardımcı parçalı olmalıdır.
10. Kateter konnektörü, lateksiz, ergonomik, kolay kullanımlı ve sıvı geçişine izin verecek fakat kateterin filtreden ayrılmasına izin vermeyecek şekilde güvenli konneksiyonlu olmalıdır.
11. Kateter konnektörü şeffaf olmalı olası kan geri akışı kolaylıkla tespit edilebilmelidir.
12. 0.2 µm'lik epidural yassı filtre, 7 bar basınca dayanıklı ve toplam hacmi minimum olmalıdır.
13. Filtre ve kateteri hastaya tespit etmek için güvenli yapışkanlı aparat olmalıdır.
14. Lateksiz LOR enjektör (10±2 ml) olmalıdır.
15. Kullanım kılavuzu ve/veya ambalaj üzerindeki bilgiler Türkçe, İngilizce veya Almanca dillerinden en az birinde yazılı olmalıdır.
16. Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, lot no, ürünün içeriği hakkındaki tüm bilgiler belirtilmelidir.
17. Ambalaj geri dönüşüm özelliğine sahip olmalı ve üzerinde belirtilmelidir.
18. Uluslararası Kalite Belgeleri ISO ve CE Sertifikalarına sahip olmalıdır ve CE ambalaj üzerinde belirtilmelidir.

Yrd. Doç. Dr. Aziz KEFİ  
CAİTE Akademi ve Reklam  
Dış. No: 9473 - Fecel No: 101295