

GÖĞÜS DRENAJ SETİ 700 CC TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Sistem göğüs boşluğunda patolojik veya tedavi amaçlı girişimler sonrası birikebilecek kan, sıvı vb. materyalin boşaltılması amacı ile kullanılmak için yapılmış olmalıdır.
2. Sistem temel olarak bir rezervuar kısmı + tubing ve konnektörden oluşmalıdır.
3. Sistem biriken sıvıyı boşaltırken içeriye hava kaçmasını önleyecek şekilde yapılmış olmalıdır.
4. Sistem 700 ml'lik ebatında olmalıdır.
5. Sistem üzerinde derecelendirilmiş hacim skalası bulunmalıdır.
6. Sistemin rezervuar kısmı şeffaf polikarbonat' tan yapılmış olmalıdır.
7. Rezervuar kısmının devrilmesini engelleyecek geniş bir tabanlık kısmı olmalıdır.
8. Sistemin göğüs tüpü ile bağlantısını sağlayacak tubing kısmı şeffaf PVC'den yapılmış olmalıdır.
9. Göğüs tüpü ile bağlantı sağlayacak kısımda bunu temin amacı ile konnektör bulunmalıdır.
10. Sistem steril ve tekli paketlerde olmalıdır.
11. Rezervuar ile hortumun birleştiği yerde kink yapmayı engelleyecek reinforced kılıf içermelidir.
12. CE marka onayı olmalıdır.
13. Ürün için teklif veren firmalar teklif ettikleri üründen 1 adet numuneyi satın alma komisyonuna teslim edeceklerdir. Ürünün alımına numune denenerek karar verilecektir. Teklif ile birlikte numune veremeyen firmaların teklifleri değerlendirilmeye alınmayacaktır.
14. UBB ve UTS kaydı olmalıdır.
15. SUT KODU: KV1089

Doc. Dr. S. TAYMAZ

