

## NARKOTİK İLAÇ DOLABI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-)KAPAKLAR VE TÜM GÖVDE ÇELİK DEN YAPILACAKTIR.

2-)DIŞ GÖVDE KOMPLE BEYAZ RENKTİR.

3-)KAPAKLARDAN BİRİ KIRMIZI BİRİ YEŞİL RENKTİR.

4-)HER KAPAKTA 1.000.000 DA 1 AÇILMA İHTİMALİ ÖZEL ÇELİK KASA ANAHTARI MEVCUTTUR.

5-)2 YIL GARANTİLİDİR.

6-) Avrupa standartlarını uygunluğu gösteren TS EN 1143-1 , ISO 9001:2008 , Satış sonrası hizmet yeri yeterlilik belgesi ( SSHYB ), TSE-HYB VE 2 Yıl Garanti Belgeli olacaktır.( BU BELGELER MUHAKKAK İDAREYE SUNULACAKTIR. )

7-) HER GÖZDE 2 ADET SABİT RAF MEVCUTTUR.

8-) Dış gövde ebatları en az (Yükseklik, Genişlik, Derinlik) 50 x 60 x 18 mm alt Baza yüksekliği 0 cm,  
• iç gövde ebatları 49 x 59 x 17 cm

Yrd. Doç. Dr. ATILU KEFİ  
Gözetmen ve Kontrolör AD  
Dip. No: 9543 - Tescil No: 100326