

PANSUMAN ARABASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Ürünün gövdesi metal malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

Ürünün alt ve üst tablası krom-nikel malzemeden imal edilmiş olmalı, üç tarafında koruma barları bulunmalıdır.

Üründe 2 adet tas koyma aparatı bulunmalıdır.

Üründe 360 derece dönebilen 4 adet tekerlek olmalıdır.

Ürünün tüm metal aksamı elektrostatik toz boya ile kaplanmış olmalıdır.

Ürünün ölçüleri 400(D) x 740(G) x 790(Y) mm olmalıdır.

Feride Karadağ YALÇIN
Sağlık Hizmetleri Müdürü

PANSUMAN ARABASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

50 x 100 x 110 cm boyutunda olmalı

Ürün Antibakteriyel elektrostatik toz boya olmalı

ABS antistatik ikisi frenli dört adet teker olmalı

304 kalite paslanmaz çelik üst tezgah olmalı

1 adet Trommel – 1 adet çöp kovası – 1 adet kapaklı küvet olmalı

Dört adet bölmeli 500 cc şişe koyma yeri olmalı

İki adet çekmece olmalı

Çekmeceler raylı sistem üzerinde hareket etmelidir.

Çekmecede 4 adet bölme bulunmalıdır.

Çekmecelerin kolay açılıp kapanabilmesi için ön yüzeylerinde özel tutma yuvaları bulunmalıdır.

Tek kapaklı bir adet dolabı olmalı

Serum askısı olmalı

İtme kolu olmalı


Yerya Karadağ YALÇIN
Eczacılık Hizmetleri Müdürü

TEDAVİ VE PANSUMAN ARABASI

Antibakteriyel elektrostatik toz boya olmalı

Antistatik ikisi frenli dört adet teker olmalı

ABS antibakteriyel kolay temizlenebilir dayanıklı üst tezgah olmalı

1 adet Trommel – 1 adet çöp kovası -1 adet tıbbi atık kutusu -atık leğeni olmalı

10 adet antibakteriyel şeffaf ilaç kutuları olmalı

Çekmeceler raylı sistem üzerinde hareket etmelidir.

Çekmece içi 4'e bölünmüş olmalıdır.

Çekmecelerin kolay açılıp kapanabilmesi için ön yüzeylerinde özel tutma yuvaları bulunmalıdır.

Yan tarafta dosyalık olmalı

Bir adet çekmece olmalı

İtme kolu olmalı

Ferya Karadağ YALÇIN
Sağlık Hizmetleri Müdürü

