


## PERFÜZÖR SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Line 50ml lik enjektörler ile sıvı, ilaç vb. verilmesine uygun yapıda olmalı, hastanede kullanılan perfüzo enjektörü ile uyumlu olmalıdır.
- 2-Line 150cm uzunlukta ve şeffaf yapıda olmalıdır.
- 3-Line içinde sıvı akışı izlenmelidir.
- 3-Line en az 4bar basınca dayanıklı olmalıdır.
- 4-etilen oksit ile steril edilmiş olmalıdır. Tek kullanımlık olmalıdır.

  
Tıbbi Doç. Dr. Arzu Keçi  
CSÜTF - Ağrı ve Perinatal  
Tıp No: 9547 - Tescilli No: 100386