

## Nemlendirici Adaptörü Teknik Şartnamesi

1. Nemlendirici adaptörü hastanemiz bünyesinde kullanılan Fisher & Paykel MR850 model nemlendiriciye uyumlu olmalıdır.
2. Nemlendirici adaptörü tek kullanımlık, çift hat ısıtıcılı hortum setleri ile kullanıma uygun olmalıdır.
3. Tüm parçalar tek bir firma ürünü olmalıdır toplama parçalardan oluşmamalıdır.
4. Nemlendirici adaptörü üretici tarafından kullanımı onaylanmış orjinal ürün olmalıdır.
5. Ürünün ambalajı, üretici firma tarafından kapatılmış olup açıldıktan sonra ikinci kez kapatılmayı olanaksız kılacak şekilde olmalı; ambalaj etiketi üzerinde ürünün adı ve kodu bulunmalıdır.
6. UBB ve UTS kaydı olmalıdır.

Doç. Dr. Sema Tanıverdi  
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları - Neonatoloji Uzmanı  
Diploma Teseli No: 19871  
Manisa Çeşme Caddesi Sağlık ve Hastalıkları AD, Neonatoloji BD  
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Neonatoloji, Manisa  
MCBU Hatıra Sultan Hastanesi, Manisa