

VİTREKTOMİ SETİ 23G

OERTLİ marka FAROS model cihazına bire bir uygun olmalıdır

İrrigasyon ve aspirasyon hatları kaset sistemi ile bütünleşik olmalıdır

Kaset sıvı alış verişini sağlamak için kullanılan hortumlar silikondan üretilmiş olmalıdır.

İrrigasyon ve aspirasyon hatlarının fako elciğine takılacak konnektörleri yanlış

bağlantıya imkan vermeyecek şekilde üretilmiş olmalıdır

Kasetin aspirasyon hattını oluşturan hortum sisteminin yüksek vakumlarda güvenle

kullanılması için sertliği ve et kalınlığı artırılmış olmalıdır.

Tüm set tek bir steril blister paket içinde olmalıdır

Paket üstünde steril metodu, üretim tarihi son kullanma tarihi lot no ve üretici firma

bilgileri yazılı olmalıdır

Paket içeriği

1 adet kaset sistemi

1 adet sıvı atık torbası

1 adet kan seti

1 adet uzaktan kumanda örtüsü

1 adet 23g cf vitrektomi probu

1 adet 23g panoramik ışık probu

1 adet 23g trocar set şeklinde olmalıdır