

AZ 26 PRINTER TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 100 Adet olmalıdır.
2. İnteracoustics AZ26 cihazı ile uyumlu olmalıdır
3. 111*50*12:25m. ölçülerinde olmalıdır.
4. Kağıdın bitmek üzere olduğunu gösteren işaret olmalıdır.

Doç. Dr. Burak ÜLKÜMEN
KBB Hhstası / Uzmanı
Celal Bayar Univ. Tıp. Fak.
Dip. No: Tes. No: 65811 / 10246
Dip. No: 00MS063