


## İTİLEBİLİR COIL (PUSHABLE COIL) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Mikrokateter içinden özel iticisi ile itilerek bırakılabilen 0.018 inç çapında mikrosarmallardır.
- 2- Platinden yapılmış ve vasküler embolizasyon amacıyla geliştirilmiş olmalı.
- 3- Serbest kaldıklarında koil yapısı almalı .
- 4- Trombojenik özelliği arttırmak için fibrilli olmalıdır.
- 5- İhaleyi kazanan firma sonradan kullanım durumuna göre kullanıcılarda kalan değişik ölçüdeki malzemeyi istenilen ölçüdeki malzemeyle değiştirmeyi kabul etmelidir.
- 6- Malzeme steril ve orjinal ambalajında teslim edilmeli ve ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve yöntemi ile son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.
- 7- Teslim edilen her bir malzeme teslimat tarihi itibari ile en az bir yıl miadlı olmalıdır.
- 8- Firma miadi dolan ürünü yeni ürünle değiştirmeyi kabul etmiş sayılır.

  
Prof. Dr. Serdar YARHAN  
C.B.Ü. Radyoloji A.D.  
Dip. No : E0887  
Dip. Tescil No : 36932  
Uzm. Tescil No : 35271